

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
88	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN Localidad: LEÓN IRA-2145 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-2145/2021 Fecha Solicitud: 9-03-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Instalar un nuevo acelerador lineal de electrones de la marca Varian, modelo TrueBeam. El acelerador lleva asociado un sistema de guiado por imagen de rayos X	Es una instalación de radioterapia que ya dispone de otros dos aceleradores. El acelerador irá alojado en un búnker de nueva construcción, cuyo blindaje se ha evaluado y encontrado correcto. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando el acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.
89	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ICS-INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA Localidad: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) IRA-1123 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-26/IRA-1123/21 Fecha Solicitud: 26-04-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Alta de un equipo acelerador de la firma Varian, modelo TrueBeam, que dispone de un equipo de imagen de RX, en sustitución de acelerador de la firma Varian, modelo Trilogy- Alta de un equipo de braquiterapia de la firma Elekta, modelo Flexitron, que remplaza a un equipo de carga diferida de tasa pulsada de la firma Nucletron-Oldelft BV- Aprobación del Plan de Protección Física (PPF)	Es una instalación de radioterapia que dispone de otros cinco aceleradores. El nuevo acelerador irá alojado en el búnker 5 que dejará libre el sustituido y se ha comprobado que el blindaje no necesita refuerzo alguno. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación modificada. Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF. Evaluado por SCAR de Cataluña.