

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU Localidad: MÁLAGA IRA-3506 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3506/22 Fecha Solicitud: 1-07-2021	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none"><li>- Un Acelerador lineal de electrones Varian, modelo TrueBeam STx, con sistema de imagen guiada por rayos-X asociado.</li><li>- Dos fuentes encapsuladas.</li></ul>	El equipo se utilizará para tratamientos de radioterapia y se instalará en la planta baja del Hospital de Día Quirónsalud de Málaga  La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.
10	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL GENERAL DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE (GAI) Localidad: ALBACETE IRA-2593 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2593/2022 Fecha Solicitud: 7-09-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Incluir un acelerador VARIAN modelo TrueBeam, con sistema de imagen guiada por rayos-X asociado</li></ul>	El equipo se utilizará para tratamientos de radioterapia.  La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.