

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
11	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA Localidad: BARCELONA IRA-0870 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-18/IRA-0870/2022 Fecha Solicitud: 25-01-2017 (versión 0) y 15-11-2021 (versión 1)	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: - Aprobación del Plan de Protección Física.	La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 y la ITC de 25/07/2018 del CSN. Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF. Evaluado por SCAR de Cataluña.
12	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FIBERTECNIC, SAU Localidad: VITORIA-GASTEIZ IRA-1966 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-5/IRA-1966/22 Fecha Solicitud: 20-01-2022	Autorización de modificación por: - Retirada del sistema de refrigeración del anterior equipo de rayos X, modificando el blindaje del pasamuros colocado en una pared del búnker para posibilitar la salida de las tuberías de refrigeración al exterior.	El equipo afectado se utiliza para radiografiar piezas en búnker. De acuerdo con la especificación nº 10, no podrá ponerse en marcha la modificación hasta que se haya notificado la puesta en marcha, previa inspección del CSN.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
13	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: DIEGO RODRÍGUEZ GAYO Localidad: OVIEDO ERX/O-0010 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/ERX/O-0010/21 Fecha Solicitud: 24-10-2018	Autorización de modificación de la inscripción en el Registro por: - Cambio de la titularidad de la entidad. - Venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de las firmas DÜRR y KAVO.	El nuevo titular ha suscrito acuerdos de distribución con DÜRR DENTAL MEDICS IBÉRICA SA y KAVO DENTAL SL, que también acreditan que su personal está cualificado para realizar tareas de asistencia técnica. La evaluación ha conllevado la emisión de dos PIAS en 2019, una en 2020 y otra en 2021. La última información solicitada se recibió en el CSN el 10/01/2022.