

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
20	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA Localidad: PAMPLONA IRA- 0500 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-12/MO-13/IRA-0500/2022 Fecha Solicitud: 30-09-2021 y 2/02/2022	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Dar de baja tres aceleradores lineales de electrones: dos aceleradores VARIAN modelo Clinac y un acelerador VARIAN modelo Trilogy- Dar de alta un acelerador lineal VARIAN, modelo TrueBeam STx, que incorpora un sistema de imagen de RX kV-CBCT y otro sistema de imagen de RX ExacTrac Dynamics de BrainLab.- Dar de alta dos aceleradores lineales de electrones VARIAN, modelo ETHOS, con sistema de imagen de RX On-Board-Imager -CBCT- Cambio de denominación de la instalación de Complejo Hospitalario de Navarra a Hospital Universitario de Navarra	Estos equipos se utilizarán para tratamientos de radioterapia. Los nuevos aceleradores ocupan los búnkeres de los anteriores y se ha comprobado que no necesitan refuerzo alguno en sus blindajes. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.