

Trámite Simplificado
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
33	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SEVILLA</p> <p>Localidad: SEVILLA</p> <p>IRA-3151</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3151/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 3-04-2018, 31-01-2020)</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación del Plan de Protección Física (PPF) 	<p>La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 y la ITC de 25/07/2018 del CSN.</p> <p>Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones del PPF.</p>
34	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: DIEPRESS TECH SLU</p> <p>Localidad: SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)</p> <p>IRA-3507</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3507/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 09-06-2021</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una cabina de irradiación de la firma Yxlon International X-Ray GmbH. - 	<p>Instalación destinada a fabricación de piezas de aluminio y Zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre) por fundición inyectada.</p> <p>La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación.</p> <p>Evaluated por SCAR de Cataluña.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
35	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: HOSPITAL RECOLETAS CAMPOGRANDE DE VALLADOLID</p> <p>Localidad: VALLADOLID</p> <p>IRA-3511</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3511/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 4-10-2021</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un equipo Equipo PET/CT de la marca General Electric - Fuentes radiactivas encapsuladas y no encapsulado 	<p>Instalación dedicada a medicina nuclear</p> <p>La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
36	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-0017</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-42/IRA-0017/22</p> <p>Fecha Solicitud: 14-10-2021</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento de actividad máxima de fuentes radiactivas autorizadas. 	<p>La instalación utiliza el material y equipos radiactivos para el diagnóstico y la terapia en régimen ambulatorio y hospitalario, en medicina nuclear.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
37	MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: TROMP MEDICAL, SLU Localidad: POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) ERX/M-0100 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-04/ERX/M-0100/22 Fecha Solicitud: 27-01-2021	Modificación de inscripción en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico para: <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de titularidad, que pasa de CARESTREAM HEALTH SPAIN, SA a TROMP MEDICAL, SLU, - Actualización de la autorización, que data de 2009, y fijar su ámbito en la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental de la firma CARESTREAM. 	Se presenta documentación del fabricante en que le autoriza la distribución en España y certificando de TROMP MEDICAL como servicio técnico autorizado en sus productos. Esta evaluación ha conllevado dos PIAs.
38	MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: DIAGNOVA MÉDICA SL Localidad: VALENCIA ERX/V-0033 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-03/ERX/V-0033/22 Fecha Solicitud: 4-05-2021	Modificación de inscripción en el Registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x con fines de diagnóstico médico para: <ul style="list-style-type: none"> - ampliación de las actividades de venta y asistencia técnica a los equipos de la firma PLANMED. 	Se presenta documentación del fabricante en que le autoriza la distribución en España y certificando de DIAGNOVA MÉDICA como servicio técnico autorizado en sus productos.