

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
82	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: GONVARRI I CENTRO DE SERVICIOS, SL</p> <p>Localidad: CASTELLBISBAL (Barcelona)</p> <p>IRA-2163</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IIEV/MO-4/IRA-2163/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 23-02-2022</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustitución del equipo de medida de espesor de la marca Eberline, modelo M300 dotado de 2 fuentes, por un equipo generador de rayos X de la marca Rayonic. 	<p>Estos equipos se utilizan para el control de espesores.</p> <p>Evaluada por el SCAR de Cataluña</p>
83	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-2629</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-09/IRA-2629/2022</p> <p>Fecha Solicitud: 09-12-2021</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar un equipo SPECT-TC de la firma Spectrum Dynamics Medical, modelo Veriton-CT 16 slice. - Incorporar nuevas dependencias y reorganizar dependencias autorizadas. 	<p>La instalación se dedica a la medicina nuclear con fines diagnósticos y terapéuticos.</p> <p>De acuerdo con la especificación 13ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p> <p>Evaluada por el SCAR de Cataluña</p>