

**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED] Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día cinco de noviembre de dos mil quince en las instalaciones de **SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.**, sitas en la [REDACTED] de Avilés (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a análisis mediante espectrometría de rayos X, ubicada en el emplazamiento indicado.


Que la inspección fue recibida por don [REDACTED] Supervisor de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la última autorización de la instalación radiactiva de segunda categoría fue realizada por resolución fechada en junio de 2012.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

En un despacho de la planta [REDACTED] del edificio [REDACTED] y en el interior de un armario, provisto de cerradura y señalizado, se encontraba almacenado en su caja



**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 2

de transporte, provista de candado, un equipo [REDACTED] modelo [REDACTED]  
[REDACTED] número de serie 78017.-----

Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación  
[REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie 111689 calibrado por el  
[REDACTED] en 2014.-----

Fue exhibida la siguiente documentación: Diario de operación de la  
instalación (101/12); registros dosimétricos correspondientes a dos  
usuarios realizados por [REDACTED] siendo los últimos los correspondientes  
al mes de septiembre de 2015, no presentando valores significativos; dos  
licencias de Supervisor; certificados de [REDACTED] de aptitud para el trabajo  
con radiaciones ionizantes.-----

Consta presentación de informe anual correspondiente a 2014.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que  
señala la Ley 15/80, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real  
Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre  
instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se  
aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones  
ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo,  
a once de noviembre de [REDACTED]

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real  
Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SAINT-  
GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha,  
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Asturias, 13 Noviembre 2015*

[REDACTED]

*Conforme*

