

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día dieciséis de octubre de dos mil trece, en EADS-CASA, sita en la [REDACTED] en Getafe (Madrid).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso industrial, y cuya última autorización (MO-10), fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Madrid, en fecha 21 de julio de 2006, así como la modificación MA-1 aceptada por el CSN, con fecha 11 de abril de 2011.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la Instalación, D. [REDACTED], Operador de la instalación, D. [REDACTED], Responsable del Área de Metrología, y D. [REDACTED], Responsable de Laboratorio de Ensayos no destructivos, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una licencia de Supervisor y siete de operador vigentes. ___
- Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas emitidas por [REDACTED] correspondientes al mes de agosto de 2013, y que no mostraban valores significativos. _____

- Tienen recibís de haber realizado la formación bienal obligatoria del reglamento de funcionamiento y plan de emergencia a fecha 22 de marzo de 2012. _____
- Realizan revisiones médicas anualmente. _____
- Actualmente disponen de los siguientes equipos autorizados: dos equipos de rayos-X _____ (n/s 845734 y 800576) y un equipo _____ de 160 kV y 5,62 y con n/s 2119800/001. _____
- Estaban disponibles los certificados de la revisión semestral de los equipos de fecha 08/07/13. Estas revisiones también quedan registradas en los Diarios de Operación. _____
- Del _____ portátil (n/s 577679) disponen del certificado de inutilización emitido por Mafesyster con fecha 12/09/13. Tienen el tubo de rayos-X a falta de su gestión final. _____
- Tienen cuatro monitores de radiación y cuatro dosímetros de lectura directa calibrados por una entidad ENAC dentro del intervalo establecido en su procedimiento de calibración y verificación de monitores. _____
- Disponen de los certificados de calibración emitidos por _____ en el año 2013 para los equipos con n/s 22582, 1919 y 20520. _____
- El supervisor realiza la vigilancia radiológica de la instalación mensualmente. Esta revisión queda registrada en el Diario de Operación. _____
- Han enviado el informe anual correspondiente al año 2012. _____
- Estaban disponibles los registros sobre los trabajos realizados con los equipos fuera de la instalación. _____
- Disponen de un Diario de Operación General y un Diario de Operación por equipo, diligenciados, rellenados y firmados por el Supervisor. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del

Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de octubre de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de “EADS-CASA” para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

No manifestamos reparos al contenido del acta, por lo que damos nuestra conformidad a la misma



Supervisor de la IRA 0091 A

Madrid 24 de octubre de 2013