

175 138

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/22/IRA/0298/2008

Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear
CERTIFICA: Que se ha personado el día nueve de julio de dos mil ocho en el departamento de Física Moderna de la **Facultad de Ciencias de Santander**, sita en la [REDACTED] sin número en Santander.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a investigación, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización vigente data del dieciséis de enero de 2008. Se efectúa la Inspección teniendo en cuenta la última autorización concedida a la Instalación, teniendo en cuenta que para su empleo se ha de efectuar la preceptiva inspección previa, que se hace coincidir con la presente Inspección

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.,

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el responsable del Servicio de Protección Radiológica resulta que:

- Disponen de una Licencia de Supervisor en vigor y otra en trámite y que tienen controlados dosimétricamente a tres usuarios, cuyas lecturas de dosis acumulada a julio de 2008 no son significativas-----
- Exhiben Diario de operación actualizado y firmado por Supervisor, conteniendo las anotaciones pertinentes del funcionamiento de la misma-----
- Figura en dicho diario la pruebas de hermeticidades en plazo debido de las fuente de neutrones de Am-Be, realizada en la propia instalación, según tienen autorizado-----

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL


ENTRADA 17027

Fecha: 01-08-2008 12:43



- La Inspección comunicó al representante autorizado del Titular las obligaciones a las que a fecha de Inspección está sometido el Titular de la Instalación, por efecto del RD 229/2006 -----
- La autorización en vigor que data de enero de 2008 autoriza a la instalación a disponer unas dependencias denominadas IR-II, e [REDACTED] edificio. Dichas dependencias albergan los laboratorios de prácticas de física atómica y nuclear y de física cuántica II. Estos laboratorios disponen de acceso controlado, están reglamentariamente señalizados y el material radiactivo empleado en las practicas se encuentra almacenado y custodiado en condiciones seguras-----
- El resto del material radiactivo presente en el [REDACTED] edificio también se ajusta al autorizado y se encuentra almacenado en condiciones de seguridad

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de julio de dos mil ocho.


Fdo. [REDACTED]
INSPECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "**Departamento de Física Moderna de la FACULTAD DE CIENCIAS DE SANTANDER**" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

únicamente quiero puntualizar que la última autorización vigente data del 3 de enero de 2008, (en lugar del 16 de enero como indica el acta),

[REDACTED]
Santander 28 de julio de 2008