

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día cinco de noviembre de dos mil siete en **VORSEVI S.A.**, sita en la calle [REDACTED] en [REDACTED] (Sevilla).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos y radiografía industrial, cuya última autorización de modificación (MO-13) fue concedida por el Ministerio de Industria, con fecha 17 de julio de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de los siguientes equipos:

EQUIPO	Nº SERIE	DELEGACION
[REDACTED] 3430-B	36205	[REDACTED]
[REDACTED] 3411-B	18662	[REDACTED]
[REDACTED] 3411-B	18833	[REDACTED]
[REDACTED] 3430-B	31017	[REDACTED]
[REDACTED] 3411-B	15634	[REDACTED]
[REDACTED] 3411-B	15982	[REDACTED]
[REDACTED] 3430-B	31395	[REDACTED]



[Redacted]

[Redacted]	3411-B	19123	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	34494	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	33409	[Redacted]
[Redacted]	3411-B	16761	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	34880	[Redacted]
[Redacted]	3411-B	19097	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	33410	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	32327	[Redacted]
[Redacted]	3411-B	18404	[Redacted]
[Redacted]	3411-B	14800	[Redacted]
[Redacted]	3411-B	16857	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	32193	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	31020	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	32320	[Redacted]
[Redacted]	3430-B	36668	[Redacted]
[Redacted]	Equipo rayos X	Macrotank 140/5	[Redacted]

- [Redacted] y [Redacted] efectúan la revisión general y de las varillas de los equipos teniendo previsto establecer un sistema de revisiones rotativas. _____
- [Redacted] efectúa las pruebas de hermeticidad (11-4-07 y 29-5-07). _____
- Disponen de procedimiento para la revisión y mantenimiento de los equipos [Redacted] por los Supervisores y Operadores. _____
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación de los equipos de medida de radiaciones, en el que se establece la calibración de alguno de los equipos de que disponen, verificando el resto por medida comparativa con los calibrados. _____
- Disponen de un Diario de Operación general y uno por equipo, siendo visados por el Supervisor cada tres meses, encontrándose disponibles los correspondientes a los equipos almacenados en la instalación. _____
- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- Disponen de tres Licencias de Supervisor (una de rayos X) y treinta y nueve de Operador. _____
- El personal está clasificado en la categoría B. _____

- Efectúan cursos de formación dirigidos por la responsable de seguridad y salud de la empresa y el supervisor. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en _____
- El recinto de almacenamiento de equipos se encuentra señalizado y dispone de medios para establecer un acceso controlado. _____
- Han remitido al CSN el Informe Anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a ocho de noviembre de dos mil siete.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **VORSEVI S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Sevilla, 20. XI. 07