

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 24 de noviembre de 2016 en la calle [REDACTED] de Oviedo, donde figura inscrita una clínica cuyo titular es [REDACTED]

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuyo registro vigente fue realizado por el Principado de Asturias, con fecha de septiembre de 1998 (IR-600).

La Inspección fue recibida por su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

La instalación, de tercera categoría, coincide sensiblemente con la registrada y está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Se encuentran instalados un equipo [REDACTED] con número de serie 650121, y un [REDACTED] con número de serie 03011854/03052036.-----

Disponen de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X; de un delantal plomado y protector tiroideo; así como de Programa de Protección Radiológica realizado por [REDACTED] en septiembre de 2011. Se realizaba control dosimétrico por

SEGURIDAD

RECIBIDA


[redacted] hasta noviembre de 2014, con fecha 14 de noviembre de 2016 se firma contrato con [redacted] para realizar dicho control.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por [redacted] en noviembre de 2016.-----

DESVIACIONES

No está registrado el equipo [redacted] con número de serie 03011854/03052036.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a 24 de noviembre de 2016.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [redacted], para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

07 de diciembre de 2016.

El equipo periapical [redacted] con número de serie 03011854/03052036, se ha tramitado el alta del equipo en la Dirección General de Industria en el Principado de Asturias.

Se adjunta instancia registrada de la documentación del alta presentada.

