

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día once de febrero de dos mil quince, en ONCOLOGÍA DEL SUR., SL., sita en la [REDACTED] en Granada.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radioterapia, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 25 de agosto de 2009.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED]. Radiofísico Hospitalario y Supervisor, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Consta hayan notificado directamente en fecha 25.05.2011 a este CSN, el cambio de domicilio del Titular, con domicilio en la [REDACTED] en Málaga a la [REDACTED] en Málaga.-----
- La instalación radiactiva se encuentra ubicada, en la planta sótano de la [REDACTED] [REDACTED], en la actualidad denominada [REDACTED].-----




- En un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba instalado, un acelerador lineal de electrones de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED], n/de seria 15-1973, revisado por la firma suministradora en fecha 31-10-2015 y ref. WO-01117975.-----
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, [REDACTED] modelo [REDACTED] nº/serie 2196, calibrado en [REDACTED] en fecha 2011.-----
- De los registros dosimétricos exhibidos correspondientes a siete usuarios, al mes de diciembre de 2014, no se deducen valores significativos.-----
- Disponen de Diario de Operación, de ref. 80, figurando anotaciones sobre: Tratamientos, dosimetría del personal, revisiones y reparaciones e incidencias del personal.-----
- Disponen de tres Licencias de Supervisor y dos Licencias de Operador, en vigor.----
- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 17, relativa al informe anual de la instalación, correspondiente al año 2013.-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 21, relativa a la formación del personal de la instalación en fecha 2013, así como simulación de incidentes.-----

DESVIACIONES

- Se incumplen las especificaciones de funcionamiento 1 y 2, relativas al domicilio del Titular y a la ubicación de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de febrero de dos mil quince.




CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/07/IRA-3016/15

Hoja 3 de 3



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ONCOLOGÍA DEL SUR, SL.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Málaga, 4 de marzo de 2015

Don [redacted], con DNI.: [redacted] en calidad de gerente de Oncología del Sur S.L, con [redacted]

EXPONE

Que tras recibir el acta de Inspección realizada en la IRA /3016, sita en c/ [redacted] de Granada el día 11 de febrero de 2015 y en respuesta a las especificaciones de funcionamiento 1 y 2 mencionadas en la misma

DECLARA

En primer lugar, que el domicilio social actual de Oncología del Sur S.L se encuentra en [redacted], 29004 de Málaga, del que se adjunta fotocopia del CIF y escritura del cambio de domicilio social.

Y en segundo lugar, que dicha Instalación Radiactiva con IRA/ 3016 se encuentra ubicada en la planta -1 del centro hospitalario que la empresa [redacted] A, con [redacted] posee en la calle [redacted] en Granada capital.

Atentamente

[redacted signature and stamp area]