

184349

CSN/AIN/17/IRA/1495/09



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 19036

Fecha: 06-10-2009 12:58

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintinueve de julio de dos mil nueve, en **TIOXIDE EUROPE S. L.**, sita [REDACTED] en Palos de la Frontera (Huelva).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización de modificación (MO-4) fue concedida por el Ministerio de Economía con fecha 19 de mayo de 2003.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Dispone de los siguientes equipos, con fuentes de Cs-137:

SITUACION	EQUIPO	ACTIVIDAD (mCi)	Nº SERIE
REDUCCION EDIF. A	[REDACTED]	80	M 5940
LODOS EDIF. A	[REDACTED]	80	M 5939
CRISTAL.1 EDIF. A	[REDACTED]	80	76012
CRISTAL.2 EDIF. A	[REDACTED]	80	75996
CALC.1 EDIF. B	[REDACTED]	10	2600 GK





CALC.2 EDIF. B		10	2602 GK
DISPERS. A EDIF. C		50	M 5787
DISPERS. AB EDIF. C		50	M 5876
DISPERS. B EDIF. C		50	M 5785
DILUC.TETRA EDIF. D		80	76007
NEUTRALIZACION		20	2880 GK
DESMONTADA ALM.		80	M 5938
DESMONTADA ALM.		80	M 6734

- Los equipos se encuentran señalizados. _____
- En el Diario de Operación figura, mensualmente, la situación de los equipos, niveles de radiación y datos dosimétricos. _____
- Las pruebas de hermeticidad las efectúa bienalmente _____
- Disponen de un monitor de radiación _____, nº 19030 con sondas _____ nº 35008 y _____ nº 20009, calibrado en el _____ con fecha 14-11-08. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. _____
- Disponen de trece dosímetros de área, sin datos significativos. _____
- El personal está clasificado en la categoría B. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en _____
- Han remitido al CSN el informe anual. _____


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001,

por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de julio de dos mil nueve.



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **TIOXIDE EUROPE S. L.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme



Huelva 01/0ctubre/2009

Fdo. 