

## ACTA DE INSPECCIÓN

, jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó, el día doce de enero de 2023, en la CLINICA DENTAL PRONOVA, sita en 07007 PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido a nombre de TRIALUXOR, SLU, con NIF . Su código de registro es RXPM 2166, fue inscrita en el Registro el 11 de diciembre de 2018 y su última notificación de inscripción fue realizada el 24 de febrero de 2022.

La Inspección fue recibida por , odontóloga, y por , responsable de administración de la clínica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

### **UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO**

- La instalación está dedicada al diagnóstico dental. Está ubicada a nivel de planta baja y está compuesta por 16 gabinetes dentales dotados con equipos intraorales y una sala de radiografía que alberga dos equipos dentales no intraorales.





## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , licenciado en odontología, dirige la instalación y dispone de la acreditación correspondiente. Así mismo, disponen de acreditación de director de instalaciones de rayos X otros cuatro facultativos que trabajan en la instalación.
- Trabajan en la instalación 10 trabajadores que disponen de acreditación para operar equipos de rayos X.
- Están sujetos a control dosimétrico un 10 trabajadores acreditados de la instalación, están disponible los correspondientes informes con las lecturas dosimétricas mensuales, que muestran valores inferiores al valor de registro.

## TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado del grado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR el 18/02/2022 en el que se hacen constar observaciones relativas a discrepancias entre los equipos presentes en la instalación y los que figuran inscritos en Registro de instalaciones de rayos X.
- Consta a la inspección que dichas discrepancias quedaron resueltas con la declaración presentada ante el Registro en febrero de 2022 en que se declararon 3 nuevos equipos intraorales.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

12/01/2023

- DNI \*\*\*1788\*\*

Firmado digitalmente  
por -

Fecha: 2023.01.24  
09:01:59 +01'00'

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de TRIALUXOR, SLU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

en calidad de administrador de **TRIALUXOR, SLU**, titular de la instalación de rayos X **RXPM-2166**.

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN CAIB AIN 01 RXPM 2166 2023** correspondiente a la inspección realizada el día 12/01/2023.

Palma, a 19 de enero de 2023

Firmado digitalmente  
por

Fecha: 2023.01.19  
13:27:06 +01'00'