

ACTA DE INSPECCIÓN

D. _____ funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se personaron el día veinticinco de de enero de dos mil diecinueve, en las instalaciones del **Hospital Universitario de la Ribera**, cuyo titular es el **DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA, CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA**, sito en la _____ en la provincia de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control sin previo aviso de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-07) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, emitida por parte del Servicio Territorial de Energía con fecha 15 de febrero de 2017 y número de registro 46/IRX/1143

La inspección fue recibida por D. _____ Director asistencial del Departamento de Salud de Valencia de la Ribera. D. _____ coordinador del área quirúrgica, Dña. _____ supervisora del área quirúrgica, Dña. _____ adjunta área quirúrgica, y D. _____ celador del área quirúrgica, quienes aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. GENERAL

- El Hospital Universitario de la Ribera dispone de una instalación de radiodiagnóstico médico ubicada en sus dependencias. _____

- El Hospital dispone de un Servicio de Protección Radiológica (SPR) autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear. _____
- La última inscripción en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico emitida por el Servicio Territorial de Energía con fecha 15 de febrero de 2007, no refleja la situación real de los equipos a la fecha de inspección. _____
- Los celadores del área de quirófano manifiestan que realizan prácticas habituales de unas funciones que no les han sido encomendadas, en concreto *"aplicar y realizar rayos de forma continua a los pacientes quirúrgicos en las intervenciones de varias especialidades"*. _____
- Dicho manifiesto se presentó a la dirección gerencia del Departamento de Salud de Valencia de la Ribera con fecha 18 de mayo de 2018. _____
- Asimismo, la sección sindical de CCOO comunicó con fecha 14 de junio de 2018 a la dirección gerencia y a la dirección de enfermería, ambos del Departamento de Salud de Valencia de la Ribera la demanda en la que se refleja *"que cese toda aquella actividad encomendada al celador que no esté encomendada en sus funciones [...]"*. _____
- El colectivo de celadores del área quirúrgica envía escrito con fecha 29 de junio de 2018 tanto a la dirección de gestión como a la dirección de enfermería Departamento de Salud de Valencia de la Ribera informando *"[...] que seguiremos ejerciendo nuestras funciones como celadores de quirófano y no desempeñaremos otras tareas que se encuentren fuera de nuestras competencias, como es la aplicación y realización de RX a pacientes en quirófano, obviamente no estamos capacitados ni tenemos la titulación habilitante para ello del Ministerio de Educación y Ciencia"*. _____
- La Asociación Española de Técnicos de Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear puso en conocimiento tanto a la dirección del hospital como al Consejo de Seguridad Nuclear, con fechas 16 de noviembre de 2018 y 16 de enero de 2019 respectivamente, la situación laboral del personal celador de quirófano con el uso de los equipos de rayos x. _____

El SPR del hospital informa mediante escrito que:

- *"Si no se posee acreditación del CSN no se puede disparar un equipo de RX. ____*
- *Si se posee, puede dispararse, pero no para irradiar un paciente (con la acreditación se entiende que sabe usarse de modo seguro desde el punto de vista de la Protección Radiológica), así que puede usarlo para controles de calidad y cosas similares. _____*

LEONCIANA
DE LA RIBERA
ENCIAL
SALUT PÚBLICA

IZ 10013421 m i

CC
CONSEJO

- *Para irradiar un paciente hay que tener además la habilitación sanitaria pertinente."* _____
- El SPR realizó la valoración radiológica del puesto de trabajo del celador de quirófanos (general y urgencias) mediante informe de fecha 15 de diciembre de 2016 y cuyas conclusiones son las siguientes:
 - Se considera que la clasificación como trabajadores no profesionalmente expuestos (no TPE) es adecuada. No resulta necesario continuar con el estudio dosimétrico, por lo que se procederá a dar de baja los dosímetros personales asignados a efectos del mismo. _____
 - Para asegurar una adecuada optimización de la protección según criterios basta con la aplicación adecuada de los procedimientos de trabajo, que incluyen ser conocedores de los riesgos potenciales de la radiación, y mantenerse durante los disparos siempre a una distancia al foco dispersor mayor que la antes mencionada. _____
 - Se exige la debida formación previa, aspecto que de hecho se sustanció recientemente en un curso al efecto, y donde además se gestionó la consecución de la acreditación de uso de Rayos X para aquellos que por titulación previa podían optar a ella según la legislación vigente. _____
 - El uso de equipos de protección individual (delantal y tiroides), aun no siendo mandatorio en base al criterio _____ y a las recomendaciones de la siempre puede ser aconsejable si ya se dispone de los mismos en el Servicio y se encuentran disponibles. _____
 - Se recordará a la Supervisión de Enfermería y al Director de la Instalación de RX que cualquier cambio significativo en la carga de trabajo o en las condiciones laborales deberá ser trasladado a Protección Radiológica, de cara a la posible reevaluación del puesto de trabajo. _____

Con fecha 2 de julio de 2018 el servicio de régimen jurídico de personal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública comunica a la dirección de Enfermería del Departamento de Salud de Valencia de la Ribera que *"dado el necesario periodo de acoplamiento y transición consecuente al proceso de reversión del Departamento de Salud de Valencia de la Ribera a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y con el fin de no dejar desatendida la atención sanitaria, de forma transitoria y coyuntural, los celadores de quirófano deberán continuar con el desempeño de la función cuestionada, hasta tanto se regularice la situación con la incorporación del personal de la categoría correspondiente, que resulte necesario para el funcionamiento óptimo e los quirófanos"*. _____

- Por parte del Dr. _____ se informa que:
 - El personal celador de quirófano es el encargado de mover el equipo de rx. _____

CONSEJO NA

VALENCIA
ALUT DE LA RIBERA
ISTENCIAL
UNIVERSAL - SALUT PÚBLICA

- Los facultativos son los que indican al personal celador si deben disparar o no los equipos de rx durante una intervención y en función de las necesidades. ____
- El uso de los equipos de rx por el personal celador de quirófano es una práctica habitual que se viene realizando hace más de 20 años siempre a requerimiento del facultativo. _____
- El hospital es conocedor de la situación del personal celador de quirófano. ____
- Se han contratado 2 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y se espera contratar 4 técnicos más en un plazo breve de tiempo. _____
- Parte del personal celador de quirófano ha realizado un curso interno en protección radiológica. _____
- En los quirófanos se dispone de medios de protección radiológica (delantales emplomados, gafas emplomadas y control dosimétrico). _____

- Por parte de

- Actualmente el personal celador de quirófano está operando los equipos de rx y desde la dirección del hospital les confirman que la situación es transitoria y se está contratando personal técnico. _____
- La práctica del uso de rx por el personal celador de quirófano se viene realizando al menos 20 años. _____
- El personal celador de quirófano no dispone de acreditación para operar con equipos de rx, aunque actualmente se está colaborando con la situación transitoria hasta disponer de personal que cubra las necesidades y los turnos.
- Disponen de medios de protección radiológica (delantales emplomados, gafas emplomadas y control dosimétrico de área), siendo revisado y solicitado por la jefatura de servicio de rx. _____

En la reunión de cierre de la inspección con D. _____

y D. _____

se puso de manifiesto que se está efectuando la provisión y ordenamiento personal del hospital desde el 1 de abril del 2018, proyecto que concluirá en el primer trimestre del año 2019. _____

ALENCIA
DE LA RIBERA
ICIAL
AUT PÚBLICA

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, la Instrucción IS-28 del CSN sobre especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a doce de febrero de dos mil diecinueve.

 

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA, CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.