


ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED] funcionario del Servicio de Seguridad Nuclear del Gobierno de les Illes Balears y acreditado como inspector por el Consejo de Seguridad Nuclear, certifica la ejecución de la inspección de la instalación de radiodiagnóstico médico:

- **Fecha inspección:** 18 de noviembre de 2015
- **Número instalación:** RXM PM 1843
- **Dirección:** [REDACTED] 07300 INCA
- **Titular:** [REDACTED]
- **CIF:** [REDACTED]
- **Nombre comercial:** Clínica Dental [REDACTED]
- **Actividad:** Dental. **Tipo:** 3
- **Fecha última inscripción en el registro:** 22 de diciembre de 2008
- **Finalidad de la inspección:** control



La Inspección fue recibida por [REDACTED], quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal de la instalación, se obtienen los resultados siguientes:

1. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de una sala con un equipo de Rayos X intraoral marca [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie [REDACTED], de 70 KV y 7 mA de características máximas. Los datos coinciden con los del Registro de Instalaciones de rayos X de diagnóstico médico.
- La sala está correctamente señalizada.
- Dispone de las siguientes prendas emplomadas para la protección del personal de la instalación: delantal con protector tiroidal y guante.

2. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- [REDACTED] dispone de acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.
- [REDACTED] Está disponible el control radiológico de [REDACTED] mediante el uso de dosimetría personal. El registro de las dosis recibidas indica que no se han sobrepasado los límites de dosis establecidos.

3. GENERAL , DOCUMENTACIÓN


- Está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por [REDACTED] el 27 de marzo de 2014, válido hasta el 27 de marzo de 2019.
- Está disponible el certificado de verificación de los niveles de radiación en los puestos de trabajo emitido por [REDACTED] el 23 de marzo de 2015, que incluye recomendaciones sobre protección radiológica.
- Está disponible el control de calidad del equipo emitido por [REDACTED] el 23 de marzo de 2015 con resultado apto.
- Está disponible el informe de verificación de dosis a pacientes emitido por [REDACTED] el 23 de marzo de 2015.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas así como la autorización referida, y en virtud de las atribuciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en el acuerdo de 31 de Mayo de 1985 y la posterior revisión y ampliación de 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, **se levanta y suscribe la presente Acta** por triplicado en la sede de la Dirección General de Política Industrial de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

Palma, 18 de noviembre de 2015



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a [redacted] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Inca, ocho de diciembre de 2015

Rebut 11/12/15

