

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día treinta de diciembre de 2008 en las dependencias de FRATERNIDAD-MUPRESA M.A.T.E.P.S.S. nº 275, en Murcia, de CIF: [REDACTED] y que se encuentra en [REDACTED] en Murcia (C.P.-30006).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1035 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 26/11/2002.

Que la Inspección no pudo ser recibida por los responsables de establecimiento por estar ausentes y fue atendida por D<sup>a</sup>. [REDACTED], Operadora.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES

#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación está situada en un edificio de planta baja.
- En la instalación se encuentra un equipo de rayos X de la marca [REDACTED] modelo [REDACTED] sin nº CE, con tubo [REDACTED] nº de serie PK 3843, sin nº CE. \_\_\_\_\_





- La instalación se encontraba señalizada reglamentariamente, disponiendo de medios adecuados para establecer un acceso controlado. \_\_\_\_\_
- Las salas disponen de puertas y mamparas con cristales plomados. \_\_\_\_\_
- En el momento de la inspección no se pudo justificar la disponibilidad de prendas de protección plomadas. \_\_\_\_\_




### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

Se efectuó un disparo sobre recipiente con agua, siendo la siguiente técnica: 80 kV, 200 mA y 120 ms, se detectó una radiación de 90  $\mu$ Sv/h en el puesto del operador \_\_\_\_\_

### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- No se pudieron verificar las acreditaciones del Director de la instalación. D. \_\_\_\_\_ ni de los operadores asignados a la instalación. \_\_\_\_\_



### CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- No se pudieron comprobar la disponibilidad de la documentación de la instalación por estar ausente la persona que se encarga de su custodia. \_\_\_\_
- En el presente Acta se emplaza al titular de la instalación que justifique en el periodo de Tramite que se indica al final de este documento la siguiente documentación:
  - Diario de operaciones,
  - Control de Calidad Anual último
  - Envío del informe anual referente al último ejercicio 2007remitido en el primer trimestre del año 2008 al CSN.
  - Lectura dosimétrica realizada por entidad autorizada de los dosímetros personales asignados al personal trabajador expuesto de la instalación.

- Acreditaciones del personal de la instalación, referidas en el apartado tres.

#### QUINTO. DESVIACIONES

- La operadora que atendió a la Inspección no disponía de dosímetro durante la prueba que se realizó. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a siete de enero de diciembre de dos mil nueve.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL  
C. S. N.

Fdo: \_\_\_\_\_

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la de FRATERNIDAD-MUPRESPA M.A.T.E.P.S.S. nº 275, en Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*En respuesta al punto 5º, remito documentos que acreditan que la operadora que atendió a la Inspección sí disponía de dosímetro.*



**Fraternidad**  
Muprespa

ENTRADA 5318/2009-D.G. Industria 03/02/2009 13:44:06 - Universidades, Empresa e Investigación

[Redacted]  
**Director Médico Provincial  
Murcia**

**Consejería de Universidades, Empresa e Investigación  
Dirección General de Industria, Energía y Minas  
Servicio de Inspección  
A/A D. [Redacted]**

**Murcia, a 26 de enero de 2009**

**Muy Sr. mío:**

**En respuesta al Acta que Usted emite en base a la Inspección que realizó en nuestro Centro Asistencial de Murcia el día 30 de diciembre de 2008, le remito la documentación que me solicita como director de la instalación radiológica, aunque Usted dirigió su escrito al director gerente de la Mutua. Espero que la documentación que le remito sea correcta. En cualquier caso, estoy a su disposición si lo precisa.**

**Reciba un cordial saludo**

 **Fraternidad**  
Muprespa

[Redacted]  
Fdo.:  
Coleg

**Fdo. Dr. [Redacted]**