

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado los días veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil trece en el **HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS**, sito en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de Oviedo (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar unas instalaciones radiactivas destinadas a uso médico ubicadas en el emplazamiento referido.

Que la última autorización de la instalación de la Unidad de Investigación, relativa a la MO-4, fue realizada por resolución de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 25 de septiembre de 2008.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] [REDACTED], Jefa del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica (FM y PR) quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La instalación, señalizada y provista de acceso controlado, dispone de dos densitómetros [REDACTED], uno modelo [REDACTED] número 83101 y, otro modelo [REDACTED], número 275.-----

SEGURIDAD

INSPECCIÓN

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Disponían de medios adecuados para almacenamiento y manipulación de material y residuos radiactivos, extinción de fuego, descontaminación, suelo y superficies de trabajo debidamente acondicionadas, monitor de radiación [REDACTED] número 191360 y otro [REDACTED] número 05024.-----

Disponen de Diario de Operación (242.1.88), tres licencias de Supervisor y una de Operador en vigor.-----

La revisión de los registros dosimétricos referidos al mes de diciembre de 2012, correspondientes a cinco usuarios, no presentan valores significativos.-----

Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2011.---

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado [REDACTED] día de marzo de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME: Oviedo, 11 de Marzo de 2013

Fdo.: [REDACTED]