

**ACTA DE INSPECCION**

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

*30 - Abril - 2008*


**CERTIFICA:** Que se ha personado el día ~~diecisiete~~ *30* de mayo de dos mil siete en el [REDACTED] de ACCIONA, sito en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales y cuya solicitud de cambio de denominación fue informada favorablemente por el CSN el 27-06-2006.


Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED] Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- Disponen de una licencia de supervisor y de tres licencias de operación en vigor, -----
- Tienen controlados dosimétricamente a cuatro usuarios con cuatro dosímetros personales -----
- En los registros de dosis acumulada anual superficial o profunda a marzo de 2008 figuran todos los usuarios con fondo-----
- Exhiben la siguiente documentación:
  - Diarios de operación actualizados y firmados por la Supervisora;
  - Certificados de hermeticidad, situación de equipos e inspección de varillas de los ocho medidores de humedad en plazo debido con nºs de serie , 18870, 34245, 34456, 18460, 20643, 33957 y 18888
  - Estado de revisión de los monitores de radiación
- El medidor de densidad y humedad de suelos nº de serie 17840, muestran sus documentos de exportación definitiva a [REDACTED] en julio de 2007-----
- Instalación señalizada y provista de acceso controlada, sin cambios desde la anterior Inspección-----
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación de los monitores de radiación-----
- Efectúan periódicamente la vigilancia radiológica de la instalación-----
- El personal de la instalación ha recibido el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia.-----
- Se encuentra archivada la documentación técnica de la instalación.-----
- A fecha de Inspección se encontraban adscritos al bunker de la instalación central todos los medidores de densidad y humedad excepto el enviado a [REDACTED] nº serie 17840,-----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cinco de mayo de dos mil ocho.

Fdo.   



INSPECTOR



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ACCIONA (NECSO) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

- LA FECHA DE LA INSPECCIÓN FUE EL 30 DE ABRIL DE 2008
- SE EXHIBEN CERTIFICADOS DE HERMETICIDAD, SITUACIÓN DE EQUIPOS E INSPECCIÓN DE VARILLAS DE SIETE EQUIPOS:  
18870, 34245, 34456, 18460, 20643, 33957 y 18888.

TORREJÓN DE ARDOZ, 14-MAYO-2008.





SALVO LOS PUNTOS INDICADOS, EXPRESO MI CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DOCUMENTO.


**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/19/IRA/0710/2008 de fecha treinta de abril de dos mil ocho, Los Inspectores que la suscriben declaran con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Se aceptan los comentarios que modifican el contenido del Acta.



Madrid, 11 de junio de 2008

Fdo.:

INSPECTOR