


ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinticuatro de mayo de dos mil doce en Varian Medical Systems Ibérica, S.L., sito en la [REDACTED]
[REDACTED] 28108 Alcobendas, Madrid

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a la importación, comercialización, instalación y asistencia técnica de equipos para terapia médica, ubicada en el emplazamiento referido, cuya última autorización (MO-08) fue concedida por la Dirección General de Industria Energía y Minas de la CAM, con fecha 15 de julio de 2010, y la MA- 4 en 28-09-2010-----

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

 Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 3

- Según manifestaron a la Inspección representantes autorizados de VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA SL, existen 43 personas de VARIAN M.S. S.L. que estarán o están, dedicadas a mantenimiento, instalación o reparación de equipos médicos emisores de radiaciones ionizantes en España y Portugal, ----
- Disponen de 31 licencias de operador en vigor, cuatro en trámite y tres licencias de supervisor en vigor-----
- Al personal de Varian que trabaja en el extranjero manifiestan a la Inspección representantes autorizados de VARIAN que el nivel de exigencia y conocimientos de protección radiológica es el mismo que para el resto de personal que opera en territorio español-----
- Efectúan el control del personal profesionalmente expuesto, mediante dosímetros personales de solapa y de muñeca. Que disponen, a fecha de inspección, de contrato con [REDACTED] para gestión de , 41 dosímetros de solapa, y otros tantos de extremidades-----
- A la vista de las últimas lecturas dosimétricas disponibles se aprecian una serie de casos de anotaciones que no son habituales para el tipo de instalación y trabajos desarrollados. El supervisor de la Instalación en uso a sus atribuciones y tareas asignadas ha efectuado y continua efectuando las pertinentes averiguaciones para dilucidar las circunstancias de cada caso-----
- Exhiben dos diarios de operación, uno de actividades técnicas y otro de actividades comerciales. Que en el de actividades técnicas se anotan los números de las Hojas de reparación, emplazamiento, llamada que originó la actuación, fecha, sistema de códigos de acceso, equipo, diagnóstico, acción correctora y tiempo empleado. sobre el cual sella la Inspección. Que el diario de actividades comerciales está actualizado. Sobre ambos diarios sella la Inspección-----
- Disponen de 4 detectores de radiaciones ionizantes marca [REDACTED] calibrados en origen en 2011 y 2012, un [REDACTED] y cuatro dosímetros de lectura [REDACTED]-----
- Efectúan calibraciones de monitores anualmente-----
- Exhiben contrato actualizado de reserva de espacio de almacenaje con [REDACTED]-----
- La Inspección recuerda a los representantes autorizados de VARIAN MEDICAL SYSTEM SL , la necesidad de que aquellos trabajadores que operan con fuentes radiactivas o en su caso materiales activados, tengan todos fácilmente a su disposición medidas de protección radiológica personal adaptadas al tipo de operación-----

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3

- Exhiben listado con las personas y centros acreditados para efectuar los mantenimientos de primer nivel de aceleradores-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de mayo de dos mil doce.

Fdo.

INSPECTOR
SEGURIDAD NUCLEAR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L., para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme

Alcobendas a 8 de Junio de 2012

Supervisor