

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 25-02-2009

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	INSTITUTO TECNOLOGICO PET S.A. (Madrid) IRA-2113 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-2113/09 Fecha Solicitud: 24/10/2008	Instalación de medicina nuclear (PET) y de producción de radioisótopos PET para uso propio y comercialización. <u>Modificación:</u> Ampliación de la Instalación, incorporando un nuevo ciclotrón de la marca IBA, modelo Cyclone 18/9.	- Especificación 46ª, requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo ciclotrón esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. - Especificación 47ª, permite la operación del acelerador para formación, realización de pruebas, realización de verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 48ª establece la documentación a remitir al CSN junto la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El titular dispone de asesoramiento en materia de protección radiológica de la UTPR autorizada Lainsa S.A.