

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 14-04-2010

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (Madrid) IRA-2542 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-2955/10 Fecha Solicitud: 23/09/2009	Instalación medica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). <u>Modificación:</u> -Autorización para la posesión y uso de un equipo automático de Braquiterapia de Alta Tasa de dosis y carga diferida de la marca NUCLETRON, modelo MicroSelectron HDR.	Se actualiza el condicionado completo. La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN con 72 horas de antelación a la carga de la primera fuente del equipo de braquiterapia para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El hospital dispone de cuatro instalaciones radiactivas autorizadas. El hospital dispone de un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	MEDICAL ENGINEERING, SL (El Puig, Valencia) ERX/V-0027 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/V-0027/10 Fecha Solicitud: 24/02/2010	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica. Realizará actividades de Venta y Asistencia Técnica de todo tipo de equipos de rayos x para radiodiagnóstico médico de la marca CARESTREAM HEALTH SERVICE Spain.	