

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 14-12-2011

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION CSN- GC/MO/IRA/- 0870/2011	Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (IRA-0870) de Barcelona (Barcelonès), provincia de Barcelona. Fecha de la solicitud: 19.10.2011	Instalación destinada a radioterapia y a irradiar sangre. Solicitan: - Dar de alta una nueva sala para la gammateca y de baja la antigua zona de la gammateca y radioquirófano.	- Al iniciar el funcionamiento de la instalación, se enviarán los resultados de las medidas efectuadas, para verificar que los blindajes de la zona modificada son idóneos. Se identificarán claramente los puntos y las condiciones de las medidas, que deberán ser las más desfavorables. - En las zonas de braquiterapia (sala del equipo Microselectron HDR, habitaciones y gammateca) habrá, fijos, equipos detectores de radiación con alarma óptica y acústica. - Cuando la instalación esté en disposición de funcionar y se cumplan todos los requisitos establecidos en la reglamentación así como los límites y las condiciones de esta Resolución, el titular deberá notificarlo al SCAR para que personal de inspección acreditado por el CSN pueda realizar la visita de inspección preceptiva. La instalación modificada podrá funcionar cuando el SCAR haya comprobado que se cumplen estas condiciones y el titular reciba la Notificación para la puesta en marcha de los cambios introducidos (artículo 39 y 40 del RINR).	- Es preceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. - El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dispone de otras instalaciones radiactivas en el mismo centro, que son las siguientes: IRA-0017 (medicina nuclear); e IRA-0861 (Laboratorios). - El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dispone de un SPR.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACION</p> <p>Ref: CSN-GC/MO/IRA 2722/2011</p>	<p>Comexi Group Industries, S.A.U., Girona</p> <p>IRA-2722</p> <p>Fecha de solicitud: 28.01.2011</p>	<p>Instalación <i>industrial</i> dedicada a equipos aceleradores de electrones para el curado de tintas de impresoras flexográficas</p> <p>Solicitan autorización para cambio de nombre y actualización características de los equipos.</p>	<p>La solicitud inicial era para trasladar uno de los 2 equipos autorizados. Con posterioridad se renunció al traslado y se comunicó el cambio de nombre del titular.</p>