PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 06-02-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	CLÍNICA GAMMA S.A. (Madrid) IRA/1766 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-1766/13 Fecha Solicitud: 12/09/2012	Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de radionucleidos no encapsulados y equipos generadores para diagnóstico médico. <u>Modificación:</u> -Aumento de la actividad máxima autorizada para los radionucleidos en forma no encapsulada: -Incorporación de un equipo de rayos X para densitometría ósea de la marca NORLAND, modelo Excell.	Se actualiza el condicionado completo.	
MODIFICACION	ENCAPSULANTES DE VALOR AÑADIDO S.A. (As Pontes de García Rodríguez, La Coruña) IRA/3185 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PMO/IRA-3185/13 Fecha Solicitud: 30/05/2012	Instalación industrial de control de procesos. Medida de espesor en producción de encapsulantes plásticos. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo de rayos x para medida de espesor de la marca NDC.	La especificación 12ª requiere la notificación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	SONDEOS DE INVESTIGACIÓN ALMERIENSES S.L. (Huerca de Almería , Almería) IRA/2628 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2628/13 Fecha Solicitud: 26/04/2012	Instalación industrial de medida de densidad y humedad de suelos. <u>Modificación:</u> -Cambio de emplazamiento desde :::: a ::::: de Almería, ambos en Almería. - Cambio de Titularidad de SONDEAL G&M S.L. a favor de SONDEOS DE INVESTIGACIÓN ALMERIENSES S.L.	Se actualiza el condicionado completo.	El nuevo emplazamiento fue inspeccionado en la inspección de control de 2012.