

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 07-03-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	CLEMENTE ROMÁN S.L. (Valverde del Majano, Segovia) IRA/3228 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3228/13 Fecha Solicitud: 12/12/2012	Instalación industrial de análisis instrumental. Análisis del contenido de materiales metálicos mediante fluorescencia de rayos X. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca NITON, modelo XL3T.	Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.
AUTORIZACION	EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES S.A. (Madrid) IRA/3230 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3230/13 Fecha Solicitud: 03/01/2013	Instalación industrial de análisis instrumental. Análisis del contenido de materiales metálicos mediante fluorescencia de rayos X. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca NITON, modelo XL2.	Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando la nueva delegación de la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	SGS TECNOS S.A. (Madrid) IRA/1681 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-1681/13 Fecha Solicitud: 18/09/2012	Instalación industrial de medida de densidad y humedad de suelos. <u>Modificación:</u> -Solicita autorización para una nueva delegación de la instalación en Puertollano, Ciudad Real, con capacidad para almacenar cuatro equipos de medida de densidad y humedad de suelos.	Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando la nueva delegación de la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONTSRUCCIONES (INTEMAC) S.A. (Madrid) IRA/0352 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-0352/13 Fecha Solicitud: 08/11/2012	Instalación industrial de medida de densidad y humedad de suelos. <u>Modificación:</u> - Baja de un equipo de gammagrafía móvil de la marca PICKER, modelo TO-660-664. Se da de baja de la autorización la actividad de gammagrafía industrial. - Ampliación de la instalación, incorporando dos nuevos equipos de medida de densidad y humedad de suelos de la marca TROXLER, serie 3400. - Autorización para una nueva delegación de la instalación en Barcelona, con capacidad para almacenar seis equipos de medida de densidad y humedad de suelos.		Actualmente la delegación de Barcelona tiene autorización como instalación radiactiva (IRA-1698), el titular ha solicitado la clausura de la misma.