PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 10-04-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL MERCURIO (Almadén, Ciudad Real) IRA/3235 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3235/13 Fecha Solicitud: 14/02/2013	Instalación industrial de análisis instrumental. Determinación de la composición de elementos metálicos mediante fluorescencia de rayos X. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca NITON.	Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.
AUTORIZACION	CHATARRAS CANARIAS (Las Palmas, Gran Canaria) IRA/3236 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3236/13 Fecha Solicitud: 19/02/2013	Instalación industrial de análisis instrumental. Determinación de la composición de elementos metálicos mediante fluorescencia de rayos X. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca NITON, modelo XL2.	Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	CYE CONTROL Y ESTUDIOS S.L. (Narón, La Coruña) IRA/2098 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-2098/13 Fecha Solicitud: 26/11/2012	Instalación industrial de medida de densidad y humedad de suelos <u>Modificación:</u> -Solicita autorización para la posesión y uso de un nuevo equipo de medida de densidad de la marca ROBERTSON GEOLOGGING, modelo SSD-S.	Se actualiza el condicionado completo	

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	INSTRUMENTACIÓN ESPECIFICA DE MATERIALES S.A. (IESMAT) (Alcobendas, Madrid) OAR/0081 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0081/13 Fecha Solicitud: 28/09/2012	Solicita autorización para la comercialización y asistencia técnica de microscopios de transmisión de rayos>X de la marca XRADIA INC, con aprobación de tipo de referencia NHM-X308	Se propone un condicionado con especificaciones análogas a las que se incluye en las autorizaciones de instalaciones radiactivas de comercialización de equipos generadores de radiación. No se requiere la obtención de licencias de personal.	

APROBACIÓN DE TIPO DE APARATOS RADIATIVOS. RINR ANEXO II

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION	<p>TELECOMUNICACIONES , ELECTRONICA Y CONMUTACIÓN S.A. (TECOSA) (Barcelona)</p> <p>HM/0198</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/HM-0198/13</p> <p>Fecha Solicitud: 17/01/2013</p>	<p>Incorporación a la resolución de aprobación de tipo de un nuevo modelo de equipo para inspección de bultos de la marca HEYMAN SYSTEMS, modelo HI-SCAN 145180-2IS.</p>	<p>La entidad TUV NORD RÖNTGENTECHNIK de Alemania certifica que la tasa de dosis en cualquier punto situado a 0,1 m de la superficie exterior del equipo es inferior a 1 μSv/h.</p>
MODIFICACION	<p>PANALITYCAL B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA (Pozuelo de Alarcón, Madrid)</p> <p>HM/0245</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/HM-0245/13</p> <p>Fecha Solicitud: 29/01/2013</p>	<p>Incorporación a la resolución de aprobación de tipo de equipos difractómetros y espectrómetros de fluorescencia de Rayos X de un nuevo equipo espectrómetro de la marca PANALITYCAL, modelo Axios Fast (PW4600).</p>	<p>La entidad PTB de Alemania certifica que la tasa de dosis en cualquier punto situado a 0,1 m de la superficie exterior del equipo es inferior a 1 μSv/h.</p>