PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 19-06-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Madrid) IRA/2729 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2729/13 Fecha Solicitud: 20/03/2013	Instalación de radiología industrial. Inspección de contenedores marítimos y del interior de vehículos mediante rayos X con fines de control aduanero . <u>Modificación:</u> -Incorporación de un equipo de rayos x montado en una furgoneta para inspección de vehículos en forma móvil. El equipos es de la marca AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, modelo Z Backscatter Van.	Se actualiza el condicionado completo.	El emplazamiento de la instalación está en el puerto de Algeciras, Cádiz.

AUTORIZACION PARA FABRICACIÓN DE APARATOS, EQUIPOS O ACCESORIOS RADIATIVOS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L. (Cocentaina, Alicante) FER/0016 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/FER-0016/12 Fecha Solicitud: 05/03/2013	Dispone de autorización para la fabricación de equipos de rayos X para inspección de alimentos e inspección de bultos. <u>Modificación</u> -Incorporación en la autorización de fabricación de los equipos para inspección de alimentos envasados de la marca MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L., serie Multiscan X10H , modelo P, que incluye un generador de rayos X de la marca GILLARDONI, modelo AION.	Se actualiza el condicionado completo.	

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACION</p> <p>Ref: CSN-GC/IEV/MO-33/IRA/0017/2013</p>	<p>Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Barcelona)</p> <p>IRA-0017</p> <p>Fecha de solicitud: 28.01.2013</p>	<p>Instalación médica destinada al diagnóstico y la terapia en régimen ambulatorio y hospitalario, en medicina nuclear.</p> <p>Solicitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La autorización para la adquisición y uso de un nuevo equipo de PET-TC de la marca Siemens, modelo Biograph, que sustituirá al anterior ya autorizado y que solicitan dar de baja -La baja de cuatro fuentes -La alta de tres fuentes 	<p>Se requiere inspección previa al funcionamiento de la modificación de la instalación radiactiva.</p> <p>Al iniciar el funcionamiento de la instalación, se enviarán los resultados de las medidas efectuadas, para verificar que los blindajes de la instalación.</p> <p>Durante el primer año de funcionamiento se enviarán al SCAR los resultados de las lecturas mensuales de los dosímetros ubicados en los puntos más significativos del blindaje, con su valoración.</p>	<p>Indican que respecto al blindaje del búnker ya existente, únicamente se han visto obligados a modificar la parte que corresponde a la pared, puerta y cristal de la posición del operador, en los que se colocarán 0,5 mm Pb.</p> <p>El equipo PET-TC sustituido será desmontado y retirado por SIEMENS.</p> <p>No hay cambios ni el funcionamiento de la instalación ni en la línea de responsabilidades.</p>