

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 30-07-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	MASSALIA INGENIEROS S.L. (Torre Pacheco, Murcia) IRA/3242 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3242/13 Fecha Solicitud: 12/03/2013	Instalación industrial de medida de densidad y humedad de suelos. Solicita autorización para la posesión y uso de los siguientes equipos de medida de densidad y humedad de suelos: -Un equipo de la marca TROXLER, modelo 3400. - Un equipo de la marca CPN, modelo MC-3-122.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	Los equipos han sido transferidos al titular por la entidad SERVICIOS DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN SYCRO SERCONLAB S.L. que dispone de autorización para los mismos (IRA-2657). El titular dispone de los equipos antes de contar con preceptiva Autorización de Funcionamiento como instalación radiactiva. Se remite apercibimiento por la DPR. El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica de los equipos será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	IBATECH TECNOLOGÍA S.L.U.. (Madrid) IRA/3104 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3104/13 Fecha Solicitud: 23/05/2013	Instalación comercializadora de equipos radiactivos de análisis instrumental (detección de agentes químicos) con aprobación de tipo. <u>Modificación:</u> -Cambio de emplazamiento entre dos localizaciones en la misma calle del polígono industrial Julián Camarillo de Madrid.	Se actualiza el condicionado completo. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento en el nuevo emplazamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	