

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 20-11-2013

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	EXPLORACIONES RADIOLOGICAS ESPECIALES S.A. (Valencia) IRA/2363 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2363/13 Fecha Solicitud: 13/09/2013	Instalación médica de radioterapia (teleterapia). <u>Modificación</u> -Baja de un acelerador lineal de electrones para radioterapia de la marca SIEMENS, modelo Mevatron Primus. -Incorporación de un nuevo acelerador lineal de electrones para radioterapia de la marca VARIAN, modelo True Beam.	Se actualiza el condicionado completo. -Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 13ª, permite operar el nuevo acelerador para adiestramiento por parte de la empresa suministradora, realización de pruebas, verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 14ª, establece la documentación a remitir al CSN junto con la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. Incluye certificado de desmantelamiento y retirada del equipo que se da de baja.	