PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 2-04-2014

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL Localidad: CIUDAD REAL IRA/2749 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2749/2014 Fecha Solicitud: 30/12/2013	Autorización de modificación para: - Instalar un nuevo Acelerador lineal de electrones monoenergético de la marca Accuray, modelo Tomotherapy Hi Art.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	Al construir la sala blindada que alberga el acelerador Varian, ya autorizado, se construyó otra sala idéntica, ya que estaba previsto instalar en el futuro este segundo acelerador. El informe se ha elaborado tras recibir información adicional solicitada al solicitante por e-mail.
MODIFICACION	Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN Localidad: JAÉN IRA/0753 Referencia informe técnico: CSN/IEV/IRA-0753/MO-6/2014 Fecha Solicitud: 16/01/2014	Autorización de modificación para: - Instalar un nuevo Acelerador lineal de marca ELEKTA, modelo Synergy.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	Mediante Resolución del 04-11-2010 Se había autorizado instalar un acelerador lineal de electrones SIEMENS, modelo Oncor Impresión Plus, que por diversos motivos no se llegó a instalar. El acelerador que se solicita ahora, una vez que terminada la construcción del nuevo búnker, es de la marca ELEKTA y por el momento no tiene habilitados, ni solicitado autorizar, los haces de electrones.