PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 2-04-2014

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: Museo Arqueológico Nacional Localidad: MADRID IRA/2622 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2 /IRA-2622 /14 Fecha Solicitud: 26/12/2013	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Cambiar dependencia en que se almacena el equipo de fluorescencia de rayos X autorizado- Que cuando el equipo, tipo pistola, se opere con el soporte pueda ser utilizado por personal sin licencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas		Siempre que sea posible el equipo se va a utilizar colocado en el soporte, para lo que se ha elaborado un Procedimiento Operativo Patrón” que se ha incluido en el Reglamento de Funcionamiento de la instalación.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	Nombre: ALFONSO PÉREZ MOYA Localidad: ABRERA (Barcelona) ERX/B-0081/14 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0081/14 Fecha Solicitud: 21/10/2013	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. Realizará actividades de venta de equipos de rayos X para diagnóstico dental		Tiene suscrito contrato con la empresa SERVIDENT BCN 2012 (ERX/B-0073), que se encargará de la instalación y las pruebas de aceptación preceptivas