

**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/08/IRA/2018/2008

Hoja 1 de 3

175149

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL  
**ENTRADA 19119**  
Fecha: 01-10-2008 12:25

**ACTA DE INSPECCION**

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día 29 de julio de dos mil ocho en la Clínica San Francisco en [REDACTED] de León.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a Medicina Nuclear, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de puesta en marcha data del tres de noviembre de 1994

Que la Inspección fue recibida por el Doctor D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

*Firmado y conforme*

[REDACTED]


DNI [REDACTED]

[REDACTED]

- Las dependencias que constituyen la instalación radiactiva no han sufrido modificaciones desde la última visita de Inspección en 2006-----
- La instalación radiactiva se encuentra señalizada y dispone de medios para realizar acceso controlado a cada sala de las que la integran.-----
- El material radiactivo se encontraba almacenado en la gammateca -----
- Disponen de delantales plomados y protectores de jeringuillas-----
- Exhi [REDACTED] ones de las recepciones de material radiactivo separado por isótopos, tratamientos con I-131, incidentes, controles radiológicos, gestión de residuos-----
- Disponen de monitores portátiles de radiación -----

El Dr [REDACTED] manifiesta a la Inspección que reparte su actividad entre las Clínicas: [REDACTED] (IRA 2799), "[REDACTED]" (IRA/1743), "[REDACTED]" (IRA/2355) y "**San Francisco de León capital**" (IRA/2018). -----

- A fecha de Inspección figura aplicada la Licencia del Dr D [REDACTED] solamente a las instalaciones radiactivas autorizadas: PET [REDACTED] de Oviedo y Géminis de Gijón-----
- El Dr. D. [REDACTED] manifiesta a la Inspección que es él mismo quién efectúa la Inyección a pacientes y la elución de los generadores de molibdeno-tecnecio en las clínicas [REDACTED] de [REDACTED] de León. -----



*Firmado y conforme*

[REDACTED]

DNI [REDACTED]

[REDACTED]


**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/08/IRA/2018/2008


Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de agosto de dos mil ocho.

Fdo. :   
  
INSPECTOR

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CLINICA SAN FRANCISCO para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Firmado y Conforme*  
  
DNI  