

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

██████████

Acta de inspección

██████████ funcionaria de la Generalitat de Catalunya (GC) e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

Certifico que me he presentado el día 14 de marzo de 2012 en la instalación radiactiva de Ipsen Pharma SA, en la ██████████ de Sant Feliu Llobregat (Baix Llobregat), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto realizar la inspección previa a la clausura de la instalación radiactiva IRA-1865, destinada a investigación in vivo e in vitro en el campo farmacéutico. El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya autorizó su última resolución el 6.06.2003; el 23.12.2011 solicitaron la clausura de la instalación.

Fui recibida por don ██████████ supervisor, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Se advierte al representante del titular de la instalación que este acta y los comentarios recogidos en su trámite se considerarán documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica para que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección no debería publicarse por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones que realicé y de la información que requerí y me suministró el supervisor, resulta lo siguiente:

- La instalación radiactiva estaba constituida por las siguientes dependencias:
 - Edificio I + D:
 - Planta baja, 10 dependencias.
 - Planta primera, 7 dependencias.
 - Almacén de residuos I (dependencia exterior cerca del edificio I + D).
 - Almacén de residuos II (dependencia adosada al edificio I + D).
- La instalación radiactiva se encontraba señalizada y disponía de medios para controlar su acceso.....
- El 21.02.2012 Enresa retiró los últimos residuos radiactivas que quedaban en la instalación; los informes de las retiradas constan en la documentación para la clausura de la instalación.....



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR


- La UTPR [REDACTED] había comprobado la ausencia de contaminación en todas las dependencias y elementos que las formaban (estanterías, armarios, vitrinas, congeladores, los filtros de carbón activo etc), que se cedieron a otras empresas o están en trámites de subasta; los informes constan en la documentación para la clausura de la instalación.....
- En el momento de la inspección no quedaba material ni residuos radiactivos en la instalación.....
- El contador de centelleo líquido [REDACTED] con su fuente de Ba-133 de 695,6 kBq, y algunas soluciones líquidas patrones y las fuentes encapsuladas de verificación de los contadores gamma, exentas, habían sido cedidos a la empresa [REDACTED]. Enresa retiró el resto como residuo radiactivo.....
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación radiactiva.....

Y con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del CSN, reformada por la Ley 33/2007; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR), modificado por el Real Decreto 35/2008; el Real Decreto 783/2001, reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RPSRI); la autorización referida; y en virtud de las funciones encomendadas por el CSN a la GC mediante el acuerdo de 15 de junio de 1984, cuya última actualización es del 22 de diciembre de 1998, levanto y suscribo la presente acta por triplicado en Barcelona, en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives de la GC, el 15 de marzo de 2012.



TRÁMITE: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RINR, se invita al/la titular de Ipsen Pharma SA o a un/a representante acreditado/a, a que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

[REDACTED] com responsable de la instal·lació radioactiva IRA-1865 (IRB-345) i en representació d'IPSEN PHARMA S.A. faig constar que s'han eliminat totes les etiquetes de senyalització de l'element de instal·lació.
I per que així consti signa a Barcelona (Dependència del SCAR) a 16 de Març de 2012





Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/24/IRA/1865/2012 realizada el 14/03/2012, a la instalación radiactiva Ipsen Pharma SA, sita e [REDACTED] de Sant Feliu de Llobregat, el titular de la instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.

Don/Doña [REDACTED] inspector/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

- Se acepta el comentario
No se acepta el comentario
- El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 26 de marzo de 2012

