

Trámite normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Fundación Jiménez Díaz Localidad: MADRID IRA-0415 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-0415/2015 Fecha Solicitud: 20/01/2015	Modificación de la autorización para: – Sustituir un acelerador lineal de electrones, por otro nuevo emisor de fotones y electrones	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento del nuevo acelerador para que pueda realizarse inspección previa a su Notificación de Puesta en Marcha	El acelerador sustituido estaba operativo desde 1994.