

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
34	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: OCA ICP (OCA, Inspección, Control y Prevención, SAU) Localidad: POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) IRA-0126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-16/IRA-0126/15 Fecha Solicitud: 7-11-2014	Autorización de modificación para: Trasladar sede social y emplazamiento a una nueva ubicación, también en Pozuelo de Alarcón.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación.	Cambian el domicilio social y el emplazamiento de la instalación radiactiva autorizado en la Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a nuevo domicilio social, también en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que además será la sede del nuevo emplazamiento de la sede central de la empresa. Al utilizarse un nuevo búnker se considera necesario verificar sus condiciones mediante inspección.
35	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Técnicas Radiofísicas, SL Localidad: ZARAGOZA IRA-3310 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3310/15 Fecha Solicitud: 3-02-15	Autorización de funcionamiento que faculta para: Comercializar fuentes radiactivas encapsuladas	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	Las fuentes tienen la finalidad de ser utilizadas para calibración y verificación de equipos detectores de radiación y equipamiento diagnóstico.

--	--	--	--	--	--

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
36	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: INGENIERIA SEMASA, SA Localidad: TORRES DE LA ALAMEDA (Madrid) IRA-3299 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3299/15 Fecha Solicitud: 26-11-14	Autorización de funcionamiento que faculta para: – Poseer y utilizar un equipo de rayos X	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El equipo será utilizado con fines de radiografía industrial de aeronaves.
37	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL Localidad: LAS ROZAS (Madrid) IRA-1929 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-1929/15 Fecha Solicitud: 12-02-15	Autorización de las siguientes modificaciones: – Cambio de titularidad, donde el actual titular se escinde en dos sociedades, una de las cuales detendrá la titularidad de la IRA, que conlleva cambio de NIF – Reubicación de la zona de almacenamiento de material radiactivo a otra dentro del mismo edificio	N/A	La IRA se dedica a la venta y asistencia técnica de equipos que contienen pequeñas fuentes radiactivas, tales como cromatógrafos de gases y células detectoras por captura de electrones (ECD).

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
38	AUTORIZACIÓN DE INSRIPCIÓN EN REGISTRO	Nombre: UPPERMAT SA Localidad: SANT ADRIÀ DEL BESOS (Barcelona) ERX/B-0086 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0086/15 Fecha Solicitud: 21/10/2014	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. Realizará e actividades de venta de equipos para clínica dental de radiodiagnóstico médico	N/A	Se aporta certificado del fabricantes acreditativo de que UPPERMAT SA es distribuidora de los equipos de la firma mencionada.

AUTORIZACION PARA FABRICACIÓN DE APARATOS, EQUIPOS O ACCESORIOS RADIATIVOS O GENERADORES

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
39	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Multiscan Technologies, S.L. Localidad : COCENTAINA (Alicante) FER/0016 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/FER-0016/15 Fecha Solicitud: 15.01-20135	Se solicita incluir dentro de la autorización de fabricación dos nuevos modelos aparatos de rayos X	N/A	Esta entidad cuenta con autorización de fabricación desde abril de 2008.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
40	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: TECNOLOGÍA DEL VACÍO SLU Localidad: ALCOBENDAS (Madrid) OAR/0090 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/OAR-0090/15 Fecha Solicitud: 5/12/2013	Solicita autorización para comercialización y asistencia técnica des: – Equipos de espectrometría de rayos X.	N/A	Los equipos se utilizarán para análisis de superficies por espectroscopía de rayos X.

EXENCIÓN DE CONSIDERACIÓN COMO INSTALACIÓN RADIATIVA

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
41	EXENCIÓN	Nombre: Gas Natural Fenosa Generación, SLU Localidad: MADRID IRA: N/A Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/EXE-0026/15 Fecha Solicitud: 23/02/2015	Se solicita autorización de exención para: - Posesión y uso de cuatro fuentes, acogiéndose al artículo 1.g, del Anexo I del RINR		La Unidad de Ciclo Abierto de Arrúbal dispone de una turbina de gas que tiene un sistema de ignición, con dos excitadores que albergan fuentes radiactivas encapsuladas dde muy baja actividad Según lo establecido en el citado artículo del RINR, esta exención puede concederse cuando: 1. La dosis efectiva esperable para cualquier miembro del público a causa de la práctica exenta sea del orden de 10 μSv al año o inferior, y 2. La dosis colectiva efectiva comprometida por cada año de la ejecución de la práctica no sea superior a 1 Sv persona, o bien una evaluación de la optimización de la protección radiológica muestre que la exención es la condición óptima De acuerdo al estudio de seguridad presentado se cumplen estas condiciones por lo que se estima que puede informarse favorablemente esta exención.

Trámite Simplificado
08 /04/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: J. Vilaseca SA Localidad: BARCELONA IRA-0484B Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-0484B/15 Fecha Solicitud: 5-12-14	Autorización de modificación para: - Autorización para un equipo nuevo para medida gramaje papel - Fusión por absorción de la IRA 2067 (Papelera Munné SAU)		No es preceptiva inspección previa puesto que el nuevo equipo es de las mismas características que los equipos autorizados.