Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
50	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE</p> <p>Localidad: SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante)</p> <p>IRA-1940 IRA-1960</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6, MO-7/IRA-1960/MO-6/IRA-1940/15</p> <p>Fecha Solicitud:18-02-15 y 3-03-15</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <p>IRA-1960:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar equipo de braquiterapia de alta tasa, - Dar de baja la unidad de braquiterapia de baja tasa, por cese de estas actividades - Dar de baja la terapia metabólica que pasa a la instalación de Medicina Nuclear (IRA-1940). <p>IRA-1940:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dar de alta las actividades de terapia metabólica, transferidas de la IRA-1960 	N/A	<p>Las actividades terapéuticas de braquiterapia de baja tasa ya no se realizan y las fuentes encapsuladas d fueron retiradas por ENRESA el 21 de mayo de 2014</p> <p>La Unidad de Terapia Metabólica se incluyó en su día como parte de la instalación de Radioterapia, pero funcionalmente depende de la de Medicina Nuclear por lo que se solicita que se dé de baja de la primera (ira-1960) y que se incluya en la autorización de la segunda (IRA-1940). Es decir, se trata de un cambio formal. Aunque cada IRA presentó su propia solicitud (una de baja y otra de alta), se ha considerado más práctico tratar ambas en un mismo informe, máximo teniendo en cuenta que se trata de un mismo titular.</p>
51	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU</p> <p>Localidad: ALCOBENDAS (Madrid)</p> <p>IRA-2168</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-2168/15</p> <p>Fecha Solicitud:15-04-14</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La comercialización y asistencia técnica de los equipos marca Thermo Fisher Scientific (antes Thermo Electron) - Cambio de sede social y emplazamiento. 	N/A	<p>Al evaluar la solicitud de comercialización de nuevos equipos se enviaron una serie de PIAs en junio y octubre de 2014, cuya última contestación se produce en marzo de 2015.</p> <p>Adicionalmente, también en marzo de 2015 se recibe la solicitud de de cambio de sede (de un domicilio de Alcobendas a otro) y de emplazamiento (de la antigua sede social en Alcobendas a uno nuevo en Madrid).</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
52	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: UNIVERSIDAD DE HUELVA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA</p> <p>Localidad: Campus Universitario de El Carmen. Huelva</p> <p>IRA-2351</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2351/15</p> <p>Fecha Solicitud:29-12-2014</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar equipo de rayos X portátil que se utilizará para análisis instrumental 	N/A	<p>La instalación radiactiva utiliza además, material radiactivo encapsulado y no encapsulado para la realización de medidas de radiactividad ambiental de bajo fondo con fines de investigación y docencia.</p>