

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
61	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Hospital Dr. Negrín Localidad: LAS PALMAS (Gran Canaria) IRA-2297 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-12/IRA-2297/15 Fecha Solicitud:3-12-14	Autorización de modificación para: - Instalar un nuevo acelerador lineal de electrones, de la forma Varian, modelo TrueBeam STx,. Dispone de un sistema guiado por imagen que incluye un tubo de rayos X	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El nuevo acelerador conlleva también la construcción de un nuevo búnker y se incluye una condición adicional, la 16ª, por la cual durante el primer año de funcionamiento del nuevo acelerador el titular ejercerá un control de los niveles de radiación en las áreas adyacentes a la sala blindada que alberga el equipo, mediante la colocación de dosímetros en los puntos más significativos en cuando a la dosis a recibir por las personas que las ocupan. Los resultados de las lecturas mensuales se incluirán, junto a los datos relativos al funcionamiento del equipo en el informe anual de la instalación.