

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D^a [REDACTED], Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de julio de dos mil doce en **“MARS ESPAÑA INC Y CIA FOOD SRC”**, sita en [REDACTED] AREVALO, Ávila.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, y cuya última autorización de modificación (MO-3) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON con fecha 8 de enero de 2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

DEPENDENCIAS – EQUIPO

- No hay modificaciones en la instalación con respecto a lo descrito en la el Acta anterior (referencia: CSN/AIN/12/IRA/2395/11). _____

Disponen de medios para establecer el acceso controlado (control de entradas por tarjetas magnéticas). Disponen de vigilancia con empresa de seguridad privada y cámaras de vigilancia. _____



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR


Hoja 2 de 3



- El equipo instalado - [redacted], con fuente de Am-241 de 45 mCi, se encontraba apagado en el momento de la inspección; obturador cerrado: tasas de dosis medidas en contacto con el equipo : fondo. _____
- La zona se encuentra señalizada como "Zona Vigilada". El equipo dispone de señalización luminosa (piloto naranja encendido cuando se conecta el equipo). _____
- Estaba disponible el equipo de detección y medida de la radiación de marca [redacted] (n/s 23360) calibrado en el [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] el 26-06-12; disponible el certificado correspondiente. _____


DOCUMENTACION - PERSONAL

- Realizan revisiones con periodicidad anual de las tasas de dosis en contacto con el equipo y a las pruebas de hermeticidad de la fuente con [redacted]: últimas de fecha: 14-06-12; estaba disponible el certificado correspondiente. _____
- En esta misma fecha [redacted] realiza las revisiones de los niveles de radiación al equipo medidor de nivel de rayos X con aprobación de tipo, de marca [redacted]
- No estaban disponibles los registros de las revisiones semestrales realizadas por el supervisor al equipo, desde el punto de vista de protección radiológica, (para dar cumplimiento a la especificación 27ª).
- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalación. _____
- Disponen de una licencia de Supervisor, en vigor. _____
- Estaba disponible un listado con la firma de un total de 7 personas que han recibido formación en el curso del año 2012 (3 personas, el 12-03-12 y 4 personas, el 10-04-12). _____
- Estaban disponibles las lecturas dosimétricas correspondientes a un TLD de solapa personal, a nombre del supervisor y uno de área; lecturas procesadas por [redacted]; Ultimo registro corresponde al mes de mayo 2012, valores todos ellos de fondo. _____
- Realizan revisiones médicas anuales en [redacted] (últimas de noviembre 2011). _____



- Han enviado al CSN el informe anual correspondiente a las actividades del año 2011 (fecha de registro de entrada: 09-04-12). _____
- La inspección informó de la necesidad de actualizar en el plan de emergencia de la instalación incorporando la IS-18 (en lugar de la instrucción mencionada en la especificación 22ª de la Resolución). ____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de julio de dos mil doce.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"MARS ESPAÑA INC Y CIA FOOD SRC"**, en Ávila, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Consideramos información Confidencial el nombre de la persona que atendió la inspección (se [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]) y por tanto consideramos que no debe de ser publicada.



[Faint, illegible text or stamp]