

127005

CSN

CSN/AIN/15/IRA/1806/2008

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,


CERTIFICA: Que se ha personado el día cuatro de noviembre de dos mil ocho en **PENIBETICA DE CERVEZAS Y BEBIDAS S.L.**, sita en [REDACTED], en Córdoba.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a fines industriales, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de modificación (3), fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 27 de abril de 2006.


Que la Inspección fue recibida por D [REDACTED] Supervisor, quié aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos, previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- Desde la anterior Inspección en 2007 no se ha producido ningún hecho reseñable desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica-----
 - No se ha producido variación alguna en cuanto a los equipos que componen la instalación radiactiva.-----
 - Todas las zonas de influencia de los equipos, se encontraban debidamente señalizadas y disponían de accesos controlados.-----
 - Todos los medidores autorizados a la instalación se encontraban emplazados en sus posiciones de trabajo, conservados y mantenidos en condiciones seguras y revisados periódicamente aquellos que se encuentran en líneas de producción que no se emplean en la actualidad-----
 - Los dosímetros de área permanecían emplazados en sus posiciones habituales-----
 - Los niveles de radiación medidos en torno de los equipos, eran indistinguibles del fondo radiactivo natural; 0.3 microSieverts/h -----
- Tienen controladas dosimétricamente con [REDACTED] a seis áreas. Que en el registro de dosis, no se aprecian valores significativos; Fondo o muy próximo al mismo de dosis acumulada anual a julio de 2008-----
- Disponen de un equipo [REDACTED] para la detección y medida de las radiaciones, operativo a fecha de Inspección y calibrado en el [REDACTED] de la [REDACTED] en abril de 2007 de acuerdo al procedimiento propio de la instalación-----
 - Realizan las pruebas para garantizar la hermeticidad de las fuentes radiactivas, manteniendo para ello un contrato con [REDACTED] Y siendo las últimas revisiones y hermeticidades efectuadas en plazo debido. La última prueba de hermeticidad data de 13-marzo-2008-----
 - Han enviado el Informe Anual preceptivo al CSN en el plazo establecido-----
 - Disponen del correspondiente Diario de Operación de la instalación actualizado y firmado por el supervisor, donde anotan los hitos principales de la instalación y sobre el que sella la Inspección-----
 - Disponen de una licencia de Supervisor en vigor y que disponen de Manual de Procedimientos.-----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a fecha trece de noviembre de 2008.




Fdo

INSPECTOR

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de **"PENIBETICA DE CERVEZAS Y BEBIDAS S.L** , para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME:

21/11/08



Supervisor.