


CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/07/IRA/2431/08

Hoja 1 de 2

174654



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día once de junio de dos mil ocho en **BRILÉN, S.A.**, sita en el [REDACTED] en Barbastro, Huesca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización de Puesta en Marcha fue concedida por la Dirección General de la Energía. Ministerio de Industria y Energía, con fecha 20 de enero de 2000.

Que la Inspección fue recibida por Dña. [REDACTED] Jefe de Departamento y Supervisora de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la instalación radiactiva, en la zona de reactores, señalizados y provistos de acceso controlado, se encontraban tres equipos de la firma [REDACTED] con fuentes radiactivas de Co-60, uno con actividad global de 158 MBq, ref. 1309.07.07 y distribución 1309/1(25 MBq), 1309/2(133 MBq); otro de actividad global de 158 MBq, ref. 1308.07.07 y distribución 1308/1(25MBq), 1308/2 (133 MBq); y otro de 63 MBq de actividad y ref. 1310.07.07, disponiendo de su certificado de actividad y hermeticidad correspondiente.-----

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 15213

Fecha: 07-07-2008 12:37



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/07/IRA/2431/08

Hoja 2 de 2

- Los niveles de radiación medidos en torno a los equipos permiten deducir la no superación de los límites anuales de dosis establecidos, en condiciones normales de funcionamiento.-----
- Con fecha 21.04.2008, [REDACTED] realizó las pruebas para garantizar la hermeticidad de las tres fuentes radiactivas de Co-60, según ref. -857 y los niveles de radiación de los equipos.-----
- Disponen de equipo para la detección y medida de la radiación de la firma BERTHOLD, modelo UMO LB-123 nº 150982.03035, provisto de sonda y calibrado en [REDACTED] en fecha 2007.-----
- Disponen de una Licencia de Supervisor y dos Licencia de Operador, compartidas con la IRA-2717.-----
- Disponen de cuatro dosímetros personales, dos de ellos para el personal que vaya a realizar operaciones dentro de la zona delimitada, y un dosímetro de área, cuyo último registro figura en fecha abril de 2008, sin valores significativos, realizando la vigilancia médica en [REDACTED]-----
- Estaba disponible el Diario de Operación de la instalación, ref. 19.03.00.-----
- Consta se imparta formación sobre la instalación radiactiva.-----
- Se ha recibido en el CSN el Informe Anual de la instalación correspondiente al año 2007.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear trece de junio de dos mil ocho.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de "BRILÉN S.A" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Barbastro, 30 de Junio de 2008

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED]

[REDACTED]