

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1208/2016

Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día diecinueve de diciembre de 2016 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental, cuyo titular es D^a. [REDACTED] NIF: [REDACTED] sita en [REDACTED] ALJUCER (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 26/08/2015, con nº de inscripción IR/MU-1208.

Que la Inspección fue recibida por la titular, acreditada para dirigir este tipo de instalaciones de rayos X.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo un garaje.
- En la instalación se encuentran un equipo para radiología dental intraoral, [REDACTED] con nº de serie 3013516/2113485 ubicado en su correspondiente sala.

- La instalación dispone de control de acceso y de cartel de aviso a embarazadas colocado sobre una mesa, pero no posee de la señalización reglamentaria.
- En la instalación se dispone de un delantal plomado y un collarín.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión un recipiente con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

Gabinete intraoral:

kV	mA	Seg.	Puesto	µSv/h
65	7	0,16	Control, sala espera (pulsador de cable)	0,35
65	7	0,16	Sala de espera.	13,9
65	7	0,16	Rellano de escalera	Fondo



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Hay una acreditación para dirigir u operar la instalación, que corresponde al titular.
- No se exhiben acreditaciones de operador.

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con el aparato en ella existente.
- El control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa utilizado, gestionado por [REDACTED], comprobando la inexistencia de valores significativos desde octubre de 2015 a noviembre de 2016,
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 12/09/2016 por la UTPR [REDACTED] no señalando anomalías.

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1208/2016

Hoja 3 de 4

- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, de fecha y por la UTPR iguales que en el caso anterior , sin valores inadmisibles.
- Se exhibe contrato con la UTPR [REDACTED] aunque carece de fecha y no es original sino fotocopia.
- No consta Programa de Protección Radiológica.
- El 22/12/2016 el inspector que suscribe recibe por correo electrónico dicho Programa.
- Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación de 12/09/2016 de la UTPR [REDACTED]

DESVIACIONES

- No dispone de la señalización reglamentaria.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 1 de febrero de 2017.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ALVIER A 10 DE MARZO DE 2017

