ENTRADA 22193/20 3-D.G. Industria 28/05/2013 14:01:32 Universidades Empresa e In -Página 1/6

ACTA DE INSPECCION

D. , Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día 5 de abril de 2013 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental cuyo nombre comercial es CENTRO DENTAL EL VALLE y titular , con , sita en 30550-ABARAN-Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 15 de octubre de 2009, con nº de inscripción IR/MU-2019.

Que la Inspección fue recibida por el titular, director acreditado de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

La instalación se encuentra ubicada en la planta baja de una vivienda unifamiliar adosada, en la dirección antes indicada, existiendo por encima de la instalación una vivienda y debajo un garaje.

En la instalación se encuentra un equipo de RX para radiología dental intraoral, , nº/s 09050520 ubicado en su correspondiente gabinete.

- La instalación dispone de la señalización de instalación radiactiva y control de acceso.

-
- En la instalación se dispone de un delantal plomado.
-

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión un vaso de plástico con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

Gabinete intraoral:

kV	m A	Seg.	Puesto	µSv/h
65	7,5	0,24	Operador (pasillo)	0,220

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

Hay una sola acreditación para dirigir u operar la instalación.

No se exhiben acreditaciones de operador.

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR · INSPECCIÓN ·

Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con el aparato en ella existente.

El control dosimétrico se refiere a un único TLD de solapa utilizado, gestionado por comprobándose la inexistencia de valores significativos durante los meses de 2012. No obstante no hay lecturas dosimétricas posteriores al año 2012, manifestando el titular encontrarse en proceso de una nueva contratación para el control dosimétrico.

- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 2-5-2012 por la UTPR no señalando anomalías.

- Se exhibe certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental de fecha y UTPR citadas.
- Se exhibe contrato con la UTPR mencionada de fecha 15-5-2010.
- La Inspección constata la disposición del Programa de Protección Radiológica.

DESVIACIONES

- No se ha realizado control dosimétrico en el mes de enero de 2013, ni en los meses posteriores al mismo.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 15 de abril de 2013.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCION -

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.

[redacted]

Fdo.: [redacted]

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, **a continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

A 17 de Mayo de 2013 en Murcia.

[redacted]