

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día once de septiembre de 2008 en las instalaciones de ESTRELLA DE LEVANTE, FÁBRICA DE CERVEZAS, S.A, sito en C/[REDACTED] en Espinardo, Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a control de nivel de llenado de botellas, cuya última autorización de modificación (MO-1) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia con fecha 18 de agosto de 2000.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Jefe Eléctrico/Electrónico y Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- En la planta de llenado se encontraban disponibles tres equipos marca [REDACTED] con fuentes radiactivas de Am-241 de 1,67 GBq de actividad en Origen, nºs.9021 LQ, 8994 LQ y 2735 LQ, señalizados. _____



-
- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de la radiación de la firma ■ n°.2395-050, calibrado en la ■ en fecha 04-2006. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Los niveles de radiación medidos en los inmediaciones de los equipos se encontraban dentro de los límites autorizados. _____

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Fue exhibido el Diario de Operación de la instalación de ref.167.2.96, así como una Licencia de Supervisor renovada, realizando la vigilancia médica en ■ _____
- La firma ■ realiza pruebas periódicas de hermeticidad a las fuentes radiactivas, cuya última figura en fecha 03-04-2008. _____
- De la revisión de los registros dosimétricos, referidos a un usuario y tres de área, al mes de julio de 2008, no se deducen valores significativos. ____
- Consta hayan presentado el informe anual de la instalación dado cumplimiento en marzo de 2008. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a 23 de septiembre de 2008.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo: ■
■



CSN



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/10/IRA-2224/2008
Hoja 3 de 3

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ESTRELLA DE LEVANTE, FÁBRICA DE CERVEZAS, S.A.**, en Espinardo, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Estrella de Levante / Fábrica de Cerveza, S.A.

