ENTRADA 49936/2008-D.G. Industria 05/09/2008 13:02:02 - Economía, Empresa e Innovación

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

[redacted]

ACTA DE INSPECCION

D. [redacted] funcionario de la CARM e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiuno de julio de 2008 en LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁLISIS, S.L., sito la Clínica Ntra. Sra. de Belén, [redacted] en Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico cuya última autorización de modificación (MO-5) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Murcia con fecha 14 de julio de 2003.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

Que la Inspección fue recibida por D. [redacted] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

[redacted]

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada y disponía de medios para establecer un acceso controlado.

[redacted]

- En el momento de la inspección se encontraba almacenado, material radiactivo marcado con I-125, I-131, y Mo-99/Tc-99m, dentro de los límites de actividad autorizados. _____

- Disponen de dos equipos: de medición de contaminación y medida de la radiación de la firma Berthold, uno modelo LB-124 nº.10-6159, otro modelo LB133 sin número de identificación visible, que sigue pendiente de calibración. _____

- La instalación radiactiva disponía de medios adecuados, para el almacenamiento y manipulación de material y residuos radiactivos, de extinción de fuego, así como superficies debidamente acondicionadas. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Los niveles de radiación medidos en la instalación, se encontraban dentro de los límites autorizados. _____

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de ref. 263.3.99; Licencia Supervisor y Operador en vigor; Registros dosimétricos referidos a cinco usuarios y uno de muñeca, al mes de mayo de 2008, sin valores significativos, realizando la vigilancia médica en [redacted]. _____

[redacted]

- Consta hayan sido retirados los residuos por la firma [redacted], cuya última referida a ocho unidades figura con fecha 18 de julio-07 y ref. 137/08. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre

[redacted]

Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a 22 de julio de 2008.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.

[redacted]

Fdo.: [redacted]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁLISIS, S.L. de Murcia** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

LABORATORIO [redacted]
A B
C

[redacted]

1/9/2008