

- En fecha 18.12.2003 se dan de alta dos nuevos mamógrafos. El primero de ellos era de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] que se instaló en la dependencia donde anteriormente estaba el equipo [REDACTED] que es trasladado a una sala donde además estaba instalado y autorizado un equipo destinado a radiografía de tórax. El segundo era un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] que se instaló donde anteriormente estaba el equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] que se dio de baja y retiró. Se adjunta fotocopia del plano de situación como Anexo 2.-----
- En fecha 18.12.2003 estaban inscritos y en funcionamiento tres mamógrafos.---
- En 2006 se comienzan obras en la planta baja y se trasladan los dos mamógrafos [REDACTED] provisionalmente a la planta semisótano. La inscripción de dicho registro es de fecha 3.04.2006. El equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] queda no operativo junto al equipo de tórax y el telemando.-----
- En fecha 1.03.2006 las mamografías podían realizarse en cualquiera de los tres mamógrafos autorizados.-----
- Según manifestó el Dr. [REDACTED] no se disponía de ningún medio para averiguar con que equipo se realizaban las mencionadas mamografías.-----
- En dicho período se disponía de cuatro técnicos en radiología para la realización de dichas exploraciones, según consta en el registro de personal.-----
- En fecha 6.03.2006 fue trasladado el mamógrafo [REDACTED] modelo [REDACTED] con pruebas de verificación del funcionamiento en el nuevo emplazamiento de fecha 10.03.2006.-----
- En fecha 13.03.2006 fue trasladado el mamógrafo [REDACTED] modelo [REDACTED] con pruebas de verificación del funcionamiento en el nuevo emplazamiento de fecha 17.03.2006.-----
- Según manifestó el Dr. [REDACTED] el equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] queda inoperativo desde el 17.03.2006. La última verificación de dicho equipo había tenido lugar en fecha 6.06.2005 por el Servei de Protecció Radiològica del propio Hospital. Las revisiones realizadas por [REDACTED] y su libro de asistencia técnica no se encontraban disponibles. Estaba disponible un listado de intervenciones antiguas de [REDACTED] realizadas desde 1993 hasta 2002. -----
- Estaban disponibles las revisiones y reparaciones realizadas por [REDACTED] e los equipos de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] durante los años 2004-2005-2006-2007 y 2008 y sus libros de asistencias técnicas correspondientes.-----
- En fecha 27.07.2009 se vuelven a instalar los mamógrafos en la planta baja. El equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] es retirado en fecha 25.03.2008

por [REDACTED] y el equipo de tórax que estaba en la misma sala también se da de baja. Se adjunta como Anexo 3 fotocopia del plano de situación. -----


- Estaba disponible el programa de protección radiológica con última revisión de fecha 1.09.2011.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 21 de febrero de 2012.

Firmado:

[REDACTED]

[REDACTED]



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado del Institut Català de la Salut. Hospital Universitario Vall d'Hebrón, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

MANIFESTACIONES AL ACTA

Unicamente una precisión de fecha:

El equipo de mamografía [REDACTED] junto con el [REDACTED] fueron dados de alta en el registro con fecha 1/08/1997 y en el emplazamiento indicado en el plano de ANEXO 1.

En lo demás, conforme con el contenido del acta.
Barcelona, 5 de Marzo de 2012

[REDACTED]

[REDACTED]



Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/5/RX/B-1073/2012 realizada el 15/02/2012, a la instalación radiactiva HOSPITAL DE LA VALL D'HEBRON-ICS, sita en F [REDACTED] de Barcelona, el titular de la instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.

Don/Doña [REDACTED] inspector/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

- X Se acepta el comentario
- No se acepta el comentario
- El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 2 de abril de 2012

[REDACTED]