

162349

CSN/AIN/08/IRA-2257/07



Hoja 1 de 2

**ACTA DE INSPECCION**



Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día catorce de febrero de dos mil siete, en, ICI MADRID, SL, sita en (Madrid)


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Medida de densidad y humedad de suelos, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía y Empleo. Comunidad de Madrid, en fecha 30 de enero de 1998(ref. IR/M-1/97)

Que la Inspección fue recibida por Director Técnico y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En un recinto blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y extinción de incendios, se encontraba almacenado un equipo nº.27871, con fuentes de 75-01642 y nº.47-24363.
- Los niveles de radiación medidos, se encontraban dentro de los límites autorizados.
- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de la radiación, , calibrado en la fecha 2004.




CSN/AIN/08/IRA-2257/07



Hoja 2 de 2

- Disponían de: Diario de Operación general de la instalación, de ref. 03/05; Registros dosimétricos correspondientes a cuatro usuarios, al mes de diciembre de 2006, sin valores significativos; Certificados de revisión, pruebas de hermeticidad y varilla sonda(2004), por la firmas Mecánica Científica y Cualicontrol-Acisa en fecha octubre de 2006; Licencias de Operación( 1 Supervisor y 3 Operadores), realizando la vigilancia médica en [REDACTED]-----
- Disponible señalización relativa al desplazamiento del equipo radiactivo, así como documentación de acompañamiento.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciséis de febrero de dos mil siete.



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "ICI MADRID, SL." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.