

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el 7 de marzo de 2013 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental con nombre comercial Centro Dental Mula, cuyo titular es D. [REDACTED] con NIF: [REDACTED], sita en [REDACTED] bajo, de Mula (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 12 de junio de 2000, con nº de inscripción IR/MU-1533.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED], auxiliar, siendo la directora acreditada para dirigir instalaciones de rayos X dental D^a [REDACTED]

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta baja de una vivienda de tipo adosado, situada en la dirección antes indicada.
- En la instalación se encuentra un equipo de RX para diagnóstico dental ubicado en su correspondiente sala. Este equipo es un intraora [REDACTED] nº/s 01935/27254



ENTRADA 09/06/2013
Nº 2000042014 12/06/2013 CSN/13TR0001533

- La sala del equipo no está plomada.
- La instalación dispone de la señalización reglamentaria y control de acceso.
- En la instalación se dispone de delantal y collarín plomados.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión una botella con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:



kV	m A	Seg.	Puesto	μSv/h
70	7	0,25	Operador (pasillo)	0,21 8

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Solo hay una acreditación para dirigir u operar en la instalación.
- No se exhiben acreditaciones de operador.

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- El documento de inscripción en el Registro de la instalación, ha sido solicitado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por extravío.
- El control dosimétrico se refiere a un TLD de solapa utilizado, gestionado mensualmente por [redacted], comprobando la inexistencia de valores significativos tanto en enero de 2013 como en el año 2012.
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 26/04/2012 por la UTPR [redacted], no señalándose en el mismo anomalías.

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1533/2013
Hoja 3 de 3

- Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación de la misma fecha y UTPR que las ya citadas.
- Se exhibe contrato con la UTPR [REDACTED] de fecha 26/04/2011.
- La Inspección constata la disposición del Programa de Protección Radiológica.
- Se exhibe certificado de vigilancia de nivel de radiación emitido por la UTPR citada con fecha 26/04/2012.

DESVIACIONES

- No presenta documento de inscripción de la instalación en el Registro .

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veinticinco de marzo de 2013.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C.S.N. [REDACTED]

Fdo. [REDACTED]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En Mula a 23 de Abril del 2013.

Fdo. [REDACTED]

Ref. [REDACTED] [REDACTED]