

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el veintiséis de enero de dos mil quince, en el **GABINETE MEDICO DR.** [REDACTED], sito en la calle [REDACTED] E en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a medicina nuclear, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización de modificación (MO-10) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con fecha 18 de mayo de 2006, así como las modificaciones (MA-1y MA-2) aceptadas por el CSN, con fechas 10 de julio de 2009 y 8 de febrero de 2010, respectivamente y cuya autorización de modificación MO-11 fue solicitada con fecha 10 de diciembre de 2014.

Que la Inspección fue recibida por el Dr. D. [REDACTED], Supervisor, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra señalizada y dispone de medios para establecer un acceso controlado. _____
- En el Diario de Operación figura el consumo de material radiactivo y gestión de residuos. _____
- Se encontraban almacenados y dispuestos para su utilización 700 mCi de Tc-99(m). _____
- Los generadores de Mo/Tc, agotados son retirados por los suministradores. ____
- Disponen de dos gammacámaras una [REDACTED] de doble cabezal u otra [REDACTED] _____



- Disponen de un equipo de medida de la radiación [REDACTED] nº 172498, calibrado en origen con fecha 24-4-01 y verificado en el Servicio de PR del [REDACTED] con fecha 22-1-2014. _____
- Disponen de un activímetro [REDACTED] verificado con fecha 28-1-2014.
- Disponen de dos Licencias de Supervisor y una de Operador. _____
- Disponen de tres dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en el Hospital [REDACTED] y [REDACTED]. _____
- Han remitido al CSN el informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de enero de dos mil quince.



=====

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **GABINETE MEDICO DR.** [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En Sevilla a 3 de Febrero de 2015, manifiesto
mi conformidad con la presente Acta

