



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

CSN/AIN/01/RX/MA-1750/09
Hoja 1 de 3

ENTRADA 22183

Fecha: 07-12-2009 13:33

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día diez de noviembre de dos mil nueve en la CLINICA BONAL, cuyo titular es CLINICA BONAL SL, de NIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED], Edificio [REDACTED] en Málaga (C.P.-29740).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde 19/02/2007.

Que la inspección fue recibida por D. [REDACTED] titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación tiene 1 solo equipo, de radiografía convencional, de marca y modelo [REDACTED] instalado en una sala plomada y señalizada con el trébol reglamentario y con su acceso controlado. _____
- Disponían de carteles de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de delantal y otros protectores plomados. _____



- La ubicación del operador está en el exterior de la sala, en una cabina provista de visor plomado. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- No se efectuaron disparos por no haber ningún operador presente. ____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- Según se manifestó, solo D^a _____ z, que Dirige la instalación y dispone de Acreditación para ello, manipula el equipo. _____
- Las lecturas actualizadas del dosímetro personal de esta persona son de 0'00 mSv/año. _____
- Según manifestaron la enfermera y la auxiliar del turno de tarde, ellas no realizan nunca radiografías, haciéndolas solamente la Dra _____ y casi exclusivamente en el turno de mañana. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Se disponía de un control de calidad realizado por el técnico D. _____ de la UTPR _____ en fecha 05/12/2008. En el informe de dicha revisión figuran una anomalía en la medida de la HLV, de la cual el titular manifestó no conocer si ha sido subsanada o no. No estaba disponible la Hoja o Parte de Trabajo de la empresa _____ que es quien realiza habitualmente las reparaciones de este equipo. ____
- Disponían de medidas de dosis a pacientes, aunque sin la firma de un radiofísico. _____

DESVIACIONES

- Aunque disponían de un contrato de servicios con la UTPR _____ en dicho contrato no figuraba la fecha en que fue suscrito, no pudiendo determinarse su validez actual, incumplíéndose por tanto el artículo 24.2 del Real Decreto 1085/2009, de instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA [REDACTED]" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED] con DNI [REDACTED]

manifiesta que el contrato firmado con
UTPR [REDACTED] tiene fecha de 1 de
diciembre de 2005 figurando la misma
en la copia que trae la UTPR y
que puede aportar en caso necesario
Todo del [REDACTED] a 30/11/2009

[REDACTED]