#### CSN/AIN/17/IRA/2296/2017



CONSEJODE

Hoja 1 de 3

## ACTA DE INSPECCION

<b>D.</b>	Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.							
CERTIFICA QUE: Se ha personado el día veintidós de abril de dos mil catorce								
en el Hospital Universitario Reina Sofía, sito en								
	, Córdoba.							

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de las instalaciones de Inmunología, Radioterapia, Medicina Nuclear, Hematología, y Microbiología, destinadas a uso médico, con sede ubicada en el lugar citado, y con resoluciones o últimos expedientes concedidos por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria Comercio y Turismo con fechas; 27-07-2011, Medicina Nuclear MO-07, (IRA/0789), 03-05-2006 Hematología (IRA/1155), 24-07-2009 Radioterapia MO-09 (IRA/1199), 12-12-90 Microbiología y parasitología (IRA/1744 clausurada) y 05-02-98 Inmunología (IRA/2296),

nspección fue recibida por D responsable del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitario Reina Sofía y por les responsables correspondientes de cada instalación Inspeccionada, quiénes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

## CSN/AIN/17/IRA/2296/2017



Hoja 2 de 3

#### I.- GENERAL DE TODAS LAS SECCIONES

- Exhiben diarios de operación de todas las secciones actualizados y firmados por los correspondientes supervisores, sobre los cuales sella la inspección---- Existe un registro de todos los residuos evacuados desde todas las
- Existe un registro de todos los residuos evacuados desde todas las instalaciones hasta el almacén autorizado a la Instalación de medicina Nuclear. Exhiben registro de los residuos radiactivos almacenados o evacuados------
- Exhiben ante la Inspección la documentación siguiente:
  - Estado de licencias a fecha de Inspección.
  - Registros dosimétricos de todos los trabajadores profesionalmente expuestos
  - Control de residuos radiactivos
  - Última Hermeticidad del irradiador nº de serie 011. por en 2016
  - Calendario de revisiones y verificaciones en las Unidades de Radioterapia .
  - Partes de mantenimiento preventivo, revisiones y averías de los
  - Hoja de registro de residuos radiactivos sólidos
  - Revisión por del sistema de tratamiento de residuos líquidos .

# II.-INMUNOLOGÍA, ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/17/IRA/2296/2017

•	La Instalación no ha sido emp	leada en	los últimos	años (ver	actas de
	Inspección anteriores). La Instala	ación no	ha sufrido r	modificacior	nes desde
	la anterior Inspección,				

•	Las instalaciones	IRA/1744 de	Microbiologia y	Parasitología	ha obtenido	la
	clausura en 2017-					



## CSN/AIN/17/IRA/2296/2017




Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de junio de dos mil diecisiete.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del HOSPITAL "REINA SOFÍA", de Córdoba, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Republe OGC. Radisfision